精简版操作说明书

Maxi Twin





1. 将吊带固定至病人身上（确保使用了正确的尺寸）。
2. 将双杆移位机放置在病人前方，确保吊架的较宽部分处于或稍稍低于肩膀水平，如有必要，打开底盘支腿。
3. 将吊带夹夹在吊架上的正确位置点上。
4. 使用手持器升高病人，调整定位手柄，直到病人靠在吊带上。
5. 收紧底盘支腿将病人移动到椅子上，床上或座便器上。
6. 降低病人并调整定位手柄以移动到合适的位置。
7. 松开吊带夹。
8. 移开双杆移位机，确保病人的腿部和身体完全脱离移位机。
9. 将吊带从病人身上移走。


操作双杆移位机之前如需要双杆移位机提升操作，吊带，安全警告，电池充电以及保养方面的完整描述和说明，请参考双杆移位机的完整说明书。

CE 2797


arjo with people in mind







吊带



搭环

夹子

1. 主杆 / 移位机操作手柄
2. 吊臂
3. 可调节的底盘支腿
4. 带刹车脚轮 （后轮）
5. 不带刹车脚轮 （前轮）
6. 电动 DPS 吊架
7. 手持控制器
8. 手持起吊点
9. 移位机电池组
10. 主提升促动器
11. 紧急停止按钮 / 重置按钮
12. 系统故障下部超控装置

如需更多附件，请参阅操作和产品保养说明书

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind