
CE 2797

Sara Plus

لقد تم إعداد هذا الدليل المرجعي السريع لمساعدة متخصصي الرعاية الصحية والمستخدمين الآخرين في التعرف على الجوانب الوظيفية للنظام فقط. إن هذا الدليل لا يحل محل تحذيرات السلامة العامة، والتنبيهات، والتوصيات الواردة في إرشادات استعمال المنتج، الجزء رقم KKX52180M-EN.

راجع إرشادات استعمال المنتج قبل استخدام هذا المنتج.

نظرة عامة على المنتج




قم بأخذ كل حبل من حبال الضبط على التوالي وربطه بالمعلاق




استخدم جهاز التحكم للتشغيل



إذا لزم الأمر، قم بإدارة مقبض التجاوز السفلي لخفض المريض



إذا لزم الأمر، اضغط على زر الإيقاف في حالة الطوارئ الأحمر لإيقاف الحركة الكهربائية



تحذير: يمكن إزالة واقي الركبة Pro-Active لتسهيل ممارسة تمرين المشي أو الركبة. تأكد أنه عند إزالة واقي الركبة، تتم إزالة كتيفة الدعامة المجاورة دائمًا قبل بدء المعالجة. عند إعادة تركيب واقي الركبة، تأكد من إعادة إدخاله وتغطيته لكتيفة الدعامة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث إصابة خطيرة.

١- اضبط المعلاق على المريض، مع التأكد من استخدام الحجم الصحيح. تأكد من ربط حزام مزود بحلقة وخطاف بإحكام وأن ذراعي المريض خارج المعلاق.

٢- ضع SARA PLUS أمام المريض، مع فتح رجلي الهيكل المعدني إذا لزم الأمر، ومساعدة المريض في وضع قدميه على دعامة القدم بحيث تكون ركبتاه ملامستين لواقي الركبة، ثم استخدم فرامل العجلات، مع تمكين المريض من الإمساك بالمقبضين اليدويين وسند ذراعيه على Arc-Rest™.

٣- اضبط ارتفاع Arc-Rest على أدنى موضع له ثم اضبط واقي الركبة إذا لزم الأمر.

٤- قم بربط المعلاق بأربطة الحبال ثم قم بشد الحبال لإزالة أي ارتخاء.

٥- ارفع المريض إلى وضع الوقوف باستخدام جهاز التحكم أو التحكم المزدوج.


٦- قم بتحرير الفرامل، وضم الرجلين ثم نقل المريض إلى الكرسي، أو السرير، أو المرحاض.

٧- ضع المريض أمام الكرسي، أو السرير، أو المرحاض بحيث يكون الجانب الخلفي من ساقيه ملامسًا للكرسي وما إلى ذلك، ثم قم بخفضه إلى وضع الجلوس.

٨- توقف عن شد الحبال ثم قم بإزالتها من المعلاق.

٩- قم بإزالة SARA PLUS، مع الحرص على إنزال قدم المريض من على دعامة القدم.

١٠- قم بإزالة المعلاق من حول المريض.



١- مقبض التحريك
٢- علبة البطارية
٣- عجلات مزودة بفرامل (خلفية)
٤- أرجل الهيكل المعدني
٥- عجلات أمامية (غير مزودة بفرامل)
٦- دعامة القدم (قابلة للفك)
٧- وعاء التبول (اختياري)
٨- كرسي مرحاض وإطار قاعدة مرحاض (اختياري)
٩- ™Proactive Pad (قابل للضبط)
١٠- حبال ربط المعلاق
١١- ™Arc-Rest (مسندا ذراعين مساعدين بمقبضين يدويين)
١٢- عرض تفصيلي لمرابط تثبيت الحبال
١٣- لوحة التحكم المزدوج
١٤- جهاز التحكم
١٥- مقبض التجاوز السفلي لتعطل النظام
١٦- وصلة كبل جهاز التحكم
١٧- مؤشر تفريغ البطارية
١٨- زر التشغيل/إعادة الضبط (أخضر)
١٩- زر إيقاف التشغيل (أحمر)
٢٠- عداد ساعات التشغيل
٢١- لوحة شاشة الميزان (في حالة تركيبها)
٢٢- زر الإيقاف في حالة الطوارئ

إن ® و™ علامتان تجاريتان تابعتان لمجموعة شركات Arjo.
حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٩ Arjo
بما أن سياستنا تعتمد على التحسين المستمر، فنحن نحتفظ بحق تعديل التصاميم دون إشعار مسبق. لا يجوز نسخ مضمون هذا المنشور كليًا أو جزئيًا بدون الحصول على موافقة من Arjo.

KKX53120M-AR
KKX53120M-AR_08 · 09/2019

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com