
SKRÓCONY PRZEWODNIK

Sara Plus

CE 2797


Celem skróconego przewodnika jest udzielenie personelowi medycznemu oraz innym użytkownikom informacji na temat funkcji urządzenia. Przewodnik nie zastępuje ogólnych informacji związanych z bezpieczeństwem, ostrzeżeń oraz zaleceń zawartych w instrukcji obsługi produktu, numer części KKX52180M-PL.
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Opis urządzenia






Przymocować po kolei każdy pasek regulujący do nosidła



Sterowanie przy pomocy sterownika przyciskowego



W razie potrzeby użyć pokrętła obniżania awaryjnego, aby obniżyć pacjenta




W razie potrzeby nacisnąć czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do wstrzymania ruchu wspomaganego elektrycznie

Ostrzeżenie: Podkolannik Pro-Active można zdjąć, aby umożliwić ćwiczenie kolana lub spacer. Przed rozpoczęciem terapii należy zdjąć podkolannik oraz znajdujący się obok niego uchwyt mocujący. Podczas ponownego zakładania należy się upewnić, że podkładka została ponownie założona i zakrywa uchwyt mocujący. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

1. Umieścić pacjenta w nosidle, upewniając się, że jest ono odpowiedniej wielkości. Upewnić się, że pas z rzepem na klatce piersiowej został odpowiednio zamocowany i że ramiona pacjenta znajdują się poza nosidłem.
2. Umieścić urządzenie SARA PLUS przed pacjentem, w razie potrzeby rozłożyć nóżki podstawy, pomóc pacjentowi w umieszczeniu stóp na podnóżku tak, aby kolanami dotykał podkolannika, po czym zablokować kółka. Umożliwić pacjentowi złapanie się uchwytów i ułożyć ramiona na podpórce Arc-Rest™.
3. Obniżyć maksymalnie podpórkę Arc-Rest i w razie potrzeby wyregulować podkolannik.
4. Przymocować nosidło do linek pomocniczych, a następnie naciągnąć je, eliminując luz.
5. Używając podręcznego panelu sterowania lub podwójnego panelu sterowania na urządzeniu, unieść pacjenta do pozycji stojącej.
6. Zwolnić hamulce, złożyć nóżki i przenieść pacjenta na krzesło, łóżko lub sedes.
7. Umieścić pacjenta naprzeciw krzesła, łóżka lub sedesu tak, aby nogami dotykał krzesła itp., a następnie opuścić go do pozycji siedzącej.
8. Poluzować linki i odłączyć je od nosidła.
9. Odsunąć urządzenie SARA PLUS, ostrożnie zdejmując stopy pacjenta z podnóżka.
10. Wyjąć nosidło spod pacjenta.

arjo with people in mind



1. Uchwyt do manewrowania
2. Zestaw akumulatorów
3. Kółka jezdne z hamulcami (tylne)
4. Nóżki podstawy
5. Przednie koła jezdne (bez hamulców)
6. Podnóżek (zdejmowany)
7. Miska krzesła sedesowego (opcjonalna)
8. Siedzisko i rama krzesła sedesowego (opcjonalne)
9. Podkładka Pro-Active™ (regulowana)
10. Paski mocujące nosidła
11. Podpórka Arc-Rest™ (poręcze pomocnicze z uchwytami)
12. Powiększona ilustracja zacisków mocujących paski
13. Podwójny panel sterowania
14. Podręczny panel sterowania
15. Pokrętło obniżana awaryjnego w razie awarii systemu
16. Przyłącze kabla panelu sterowania
17. Wskaźnik stanu akumulatora
18. Przycisk włączania / przycisk resetowania (zielony)
19. Przycisk wyłączania (czerwony)
20. Licznik godzin pracy
21. Wyświetlacz wagi (jeżeli jest w zestawie)
22. Przycisk zatrzymania awaryjnego

® i ™ to znaki towarowe należące do firm grupy Arjo.

© Arjo 2019.

Z uwagi na proces ciągłego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.
Zabrania się kopiowania w całości lub w części treści niniejszej publikacji bez zgody firmy Arjo.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

KKX53120M-PL_08 · 09/2019