
အျမန္ကိုးကားဖတ္ရႈရန္ လမ္းၫႊန္

Flowtron ACS900

CE 2797


လူနာတြဲအသုံးျပဳသည့္ တိုင္မာကို ဖတ္ျခင္း — နာရီႏွင့္ မိနစ္

1




ပုံ့ကို ပါဝါဖြင့္လိုက္သည့္အခါတိုင္း နာရီမ်ားကိုျပသလ့ရွိပါသည္။
"h" သည္ နာရီကိုျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္ (ဥပမာ- 12 h)။

2




မိနစ္ကိုျပသရန္ ညာဘက္ခလုတ္ကို 1 စကၠန္႔ၾကာ ဖိပုံထားပါ။



ခလုတ္ကိုဖိပုံလိုက္သေအခါ မိနစ္ကို 5 စကၠန္႔ၾကာျပသပါသည္။
မိနစ္ တန္ဖိုးကို ဟိုက္ဖန္နေက္တြဲ ျပသပါသည္။
(ဥပမာ - 14 = 14 မိနစ္)။


3



သုံးစြဲသည့္ ၾကာခ်ိန္ကို အလိုအေလ်ာက္ျပသသည္။
ဖိသြင္းခ်ိန္ = 12 နာရီ၊ 14 မိနစ္။


လူနာတြဲအသုံးျပဳမည့္ တိုင္မာကိုျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း — နာရီႏွင့္ မိနစ္

1




ပုံ့ကို ခေတၱရပ္ထားပါ။ နာရီတန္ဖိုးကို မွတ္တုတ္မွတ္တုတ္ျဖင့္ ျပသလာသည့္အထိ ညာဘက္ခလုတ္ကို 2 စကၠန္႔ၾကာ ဖိ၍ဖိပုံထားပါ။

2



သုညဟုျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ အလယ္ခလုတ္ကို 3 စကၠန္႔ၾကာ ဖိ၍ဖိပုံထားပါ။

3



ျပန္လည္သတ္မွတ္မႈကို အတည္ျပဳရန္ ညာဘက္ခလုတ္ကို ဖိပုံပါ။

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.FL.00MY_01 • 02/2020

arjo
with people in mind