
GHID DE INSTRUCȚIUNI PRACTICE

Flowtron ACS900

CE 2797

Citirea cronometrului de funcționare pentru pacient – ore și minute


1




Orele sunt afișate în mod implicit de fiecare dată când se pornește pompa.

Simbolul „h” arată valoarea în ore (de ex., 12 h).

2




Apăsați butonul din dreapta timp de 1 secundă pentru a afișa minutele.



Minutele sunt afișate pentru 5 secunde când se apasă butonul.

Valoarea pentru minute este precedată de o liniuță (de ex., – 14 = 14 minute).

3




Orele se reafișează automat.

Timp de compresie = 12 ore, 14 minute.


Resetarea cronometrului de funcționare pentru pacient – ore și minute

1




Puneți pompa în modul de pauză. Apăsați și țineți apăsat butonul din dreapta timp de 2 secunde până când valoarea pentru ore clipește.

2



Apăsați și țineți apăsat butonul central timp de 3 secunde pentru a reseta la zero.

3



Apăsați butonul din dreapta pentru a confirma resetarea.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.FL.00RO_01 • 02/2020

arjo *with people in mind*