
ĀTRĀS UZZIŅAS ROKASGRĀMATA — VADĪBA

Enterprise 5000X

Medicīniskā personāla vadības panelis (ACP)



Ieslēgšanas indikators

Akumulatora statusa LED indikators

- pilnībā uzlādēts
- notiek uzlāde
- tukšs akumulators

KPR poga — izlīdzina matrača platformu.

Pazemināt galvgali (Trendelenburga pozīcija).


Pazeminiet kājgali (reversā Trendelenburga pozīcija).

Funkciju bloķēšanas poga — nospiediet pogu, pēc tam nospiediet atlasītā Medicīniskā personāla vadības paneļa pogu(-as), lai bloķētu/atbloķētu funkciju. Dzeltena gaisma = bloķēts

Poga Auto-Chair up — nospiediet un turiet, lai mainītu krēsla pozīciju.

Poga Auto-Chair down — atgriež matrača platformu plakanā un izlīdzinātā pozīcijā.

Pacientu rokas vadības ierīces



Paceliet/nolaidiet matrača platformu.

Paceliet/nolaidiet augšstilbu daļu.

Paceliet/nolaidiet atzveltni.

Poga Bio-Contour up (tikai pacienta kontrolei) — paceliet atzveltni un augšstilbu daļu.

Poga Bio-Contour down (tikai pacientu kontrolei) — atgriež plakanā pozīcijā.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

815-500LV_4 • 05/2020

arjo
with people in mind