
คู่มืออ้างอิงอย่างย่อ - ส่วนควบคุม

Enterprise 5000X

แผงควบคุมของผู้ดูแล (ACP)



ไฟแสดงสถานะพลังงาน

ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

- ชาร์จประจุเต็มแล้ว
- กำลังชาร์จ
- ไม่มีประจุ

ปุ่ม CPR - ปรับแผ่นรองเบาะให้อยู่ในแนวราบ

ลดระดับส่วนหัวเตียงลง
(ท่า Trendelenburg)


ลดระดับส่วนปลายเตียงลง
(ท่า reverse Trendelenburg)

ปุ่มล็อคฟังก์ชัน - กดปุ่มนี้ จากนั้นกดปุ่มแผงควบคุมของผู้ดูแลที่เลือกเพื่อล็อค/ปลดล็อคฟังก์ชัน
ไฟสีเหลือง = ถูกล็อค

ปุ่มเก้าอี้อัตโนมัติขึ้น -
กดค้างไว้สำหรับตำแหน่งเก้าอี้

ปุ่มเก้าอี้อัตโนมัติลง - ปรับแผ่นรองเบาะกลับสู่ตำแหน่งแนวราบ

ชุดควบคุมของผู้ป่วย



ยก/ลดระดับแผ่นรองเบาะ

ยก/ลดระดับส่วนต้นขา

ยก/ลดระดับพนักพิง

ปุ่ม Bio-Contour ขึ้น
(ควบคุมโดยผู้ป่วยเท่านั้น) -
ยกส่วนพนักพิงและส่วนต้นขาขึ้น

ปุ่ม Bio-Contour ลง
(ควบคุมโดยผู้ป่วยเท่านั้น) - กลับสู่ตำแหน่งราบ

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

815-500TH_4 • 05/2020

arjo
with people in mind