

GHID DE INSTRUCȚIUNI PRACTICE – COMENZI

Enterprise 5000X

Panou de comandă exterior (ACP)



Unități de comandă pentru pacient



Indicator alimentare

Indicator cu LED pentru starea bateriei

- încărcată complet
- în curs de încărcare
- descărcată

Buton RCP – aplatizează platforma pentru saltea.

Coborâre secțiune cap (poziția Trendelenburg).

Coborâre secțiune picioare (poziție Trendelenburg inversă).

Buton Blocare funcție – apăsați butonul, apoi apăsați butonul dorit de pe Panoul de comandă exterior (ACP) pentru a bloca/debloca funcția. Led galben = blocat

Buton Auto-Chair pentru ridicare – apăsați și țineți apăsat pentru poziția scaunului.

Buton Auto-Chair pentru coborâre – readuceți platforma pentru saltea în poziție dreaptă și orizontală.

Ridicare/coborâre platformă pentru saltea.

Ridicare/coborâre secțiune pentru coapse.

Ridicare/coborâre spătar.

Buton Bio-Contour pentru ridicare (controlat doar de pacient) – ridicare spătar și secțiunea pentru coapse.

Buton Bio-Contour pentru coborâre (controlat doar de pacient) – revenire în poziție dreaptă.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

815-500RO_4 • 05/2020

arjo
with people in mind