

HURTIGVEILEDNING – KONTROLLER

Enterprise 8000X


Personalkontrollpanel (ACP)




Pleierkontroller



Pasientfjernkontroll (eksempel)



Pasientkontroller



Strømindikator

Batteristatusindikator

- fulladet
- lader
- utladet

HLR-knapp – flater ut madrassengebunnen.

Senk hodeenden (Trendelenburg-posisjon).

Senk fotenden (revers Trendelenburg-posisjon).

Funksjonssperreknapp – trykk på knappen og trykk deretter på valgt(e) personalkontrollpanel-knapp(er) for å låse / låse opp funksjonen. Gult lys = låst

Knapp for auto stol opp – trykk og hold inne for stolposisjon.

Knapp for auto stol ned – tilbakestiller madrassengebunnen til flat og horisontal posisjon.

Hev/senk madrassengebunnen.

Hev/senk lårseksjonen.

Hev/senk ryggstøtten.

Knapp for Bio-Contour opp (kun pasientkontroll) – hev ryggstøtten og lårseksjonen.

Knapp for Bio-Contour ned (kun pasientkontroll) – tilbakestille til flat posisjon.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

815-514NO_05 • 05/2020

arjo
with people in mind