

GYORS ÚTMUTATÓ – VEZÉRLŐELEMEK

Enterprise 8000X


Ápolói kezelőpanel (ÁKP)




Ápoló vezérlői



A beteg kézivezérlője (példa)



Beteg oldalsó vezérlői



Bekapcsolásjelző

Akkumulátorállapot-jelző

- teljesen feltöltve
- töltés
- lemerült

Újraélesztési (CPR) pozíció gomb
– a fekvőfelület vízszintes helyzetbe állítása.

Fejvég leeresztése
(Trendelenburg-pozíció).

Lábvég leeresztése
(anti-Trendelenburg-pozíció).

Funkciózárolás gomb – nyomja meg a gombot, majd a zárolni vagy feloldani kívánt funkció(k) gombját az ápolói kezelőpanelen. Sárga lámpa = zárolva

Automatikus székpozíció felfelé – tartsa nyomva a székpozícióba állításhoz.

Automatikus székpozíció lefelé – visszaállítja a fekvőfelület egyenes, vízszintes helyzetbe.

A fekvőfelület emelése/leeresztése.

A combrész emelése/leeresztése.

A háttámla emelése/leeresztése.

Bio-Contour felfelé gomb
(csak a beteg vezérlőjén)
– felemeli a háttámlát és a combrészt.

Bio-Contour lefelé gomb
(csak a beteg vezérlőjén)
– visszaállítja a sík helyzetet.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

815-514HU_05 • 05/2020

arjo
with people in mind