


Sara Stedy / Sara Stedy Compact


使用與釋放制動器


使用制動器



釋放制動器


打開與合攏支腿


打開支腿



合攏支腿


樞軸軟墊


接近病人 — 向上折疊


病人就位 — 向下折疊

吊兜連接柄


將连接柄穿過連接卡扣。
向兩側拉動，將卡扣鎖定到位


卡扣連接正確

清潔和消毒

請利用抹布添加溫水和清潔除菌劑來擦拭清潔。
也可使用已浸泡了 70 % v/v 異丙醇溶液的消毒紙巾。
使用濕布時，要用力擦拭移位機。
請勿使用酚、氯或任何其他種可能損壞表面的溶劑。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

001-01393-ZH-t Rev 0 • 05/2020

arjo
with people in mind