
快速參考指引 - 控制器


Enterprise 9000X

CE 2797


看護人員控制面板 (ACP)




照護員手持裝置



病患手持裝置



病患手持裝置



電源開啟指示燈

電池狀態 LED 指示燈

- 充飽電
- 充電中
- 已放電

CPR 按鈕 - 床架會展平。

降低頭部端
(頭低腳高型態)。

降低腳端
(頭高腳低型態)。

功能鎖按鈕 - 按下按鈕，然後按下選擇的看護人員控制面板按鈕，即可將功能鎖定/解鎖。
黃燈 = 鎖定

一鍵式椅位功能向上按鈕 - 按住此鈕可呈座椅型態。

一鍵式椅位功能向下按鈕 - 會讓床架變回水平平坦狀。

將床架升起/降低。

將大腿部分升起/降低。

將靠背升起/降低。

Bio-Contour 向上按鈕
(只由病患控制) -
將靠背與大腿部分升起。

Bio-Contour 向下按鈕
(只由病患控制) - 回到平坦位置。

arjo
with people in mind

病患稱重和 VariZone 移動偵測控制器



稱重 - 計算與顯示病患的重量。

自動補償 - 能讓人加入或移除物品，而不會影響指示的病患重量。

歸零 - 將稱重系統重設。

選擇重量顯示器 - 會將病患重量四捨五入至最接近的 100 g 或 500 g。

臥床 - 會啟用 / 停用病患移動偵測，並增加系統的靈敏度。

病患移動偵測臨界值顯示 - 其會指示目前的系統狀態和選擇的病患移動偵測靈敏度。

離床 - 會啟用/停用病患移動偵測，並降低系統的靈敏度。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind