

Enterprise 9000X

CE 2797


Ošetřovatelský ovládací panel (ACP)




Ošetřovatelské ovládací prvky



Ruční ovladač klienta



Ovládací prvky klienta



Indikátor napájení

LED indikátor stavu baterie

- plně nabitá
- nabíjí se
- vybitá

Tlačítko CPR – vyrovná platformu matrace.

Snížení hlavové části (poloha Trendelenburg).

Snížení nožní části (poloha reverzní Trendelenburg).

Tlačítko zablokování funkce – stiskněte tlačítko, poté stiskněte tlačítko(a) na ošetřovatelském ovládacím panelu pro zablokování/odblokování funkce. Žluté světlo = zablokováno

Tlačítko „nahoru“ automatického nastavení polohy pro sezení – stiskněte a přidržte pro nastavení polohy pro sezení.

Tlačítko „dolů“ automatického nastavení polohy pro sezení – vrátí platformu matrace do rovné a vodorovné pozice.

Zvednutí/snížení platformy matrace.

Zvednutí/snížení stehenní části.

Zvednutí/snížení opěrky zad.

Tlačítko Bio-Contour „nahoru“ (pouze ovladač klienta) – zvedne opěrku zad a stehenní část.

Tlačítko Bio-Contour „dolů“ (pouze ovladač klienta) – vrátí platformu matrace do rovné pozice.

arjo with people in mind

Vážení klienta a ovládací prvky systému detekce pohybu VariZone



Váha – vypočítá a zobrazí hmotnost klienta.

Automatická kompenzace – umožňuje přidání nebo odebrání příslušenství, aniž by tím byla ovlivněna hmotnost klienta.

Vynulování – resetování vážicího systému.

Výběr zobrazení hmotnosti – zaokrouhlí hmotnost klienta na 100 nebo 500 g.

Na lůžku – aktivuje/deaktivuje detekci pohybu klienta a zvyšuje citlivost systému.

Zobrazení limitní hodnoty detekce pohybu klienta – indikátor zobrazuje aktuální stav systému a zvolenou citlivost detekce pohybu.

Opuštění lůžka – aktivuje/deaktivuje detekci pohybu klienta a snižuje citlivost systému.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind