

Enterprise 9000X

CE 2797


Obslužný ovládací panel (OOP)




Ovládacie prvky pre ošetrovateľa



Ručný ovládač pre pacienta



Ovládacie prvky pre pacienta



Indikátor zapnutia

LED indikátor stavu batérie

- plne nabitá
- nabíja sa
- vybitá

Tlačidlo CPR – vyrovná ložnú plochu matraca.

Spustenie hlavovej časti (Trendelenburgova poloha).

Spustenie nožnej časti (obrátená Trendelenburgova poloha).

Tlačidlo uzamknutia funkcie – na uzamknutie/odomknutie funkcie stlačte tlačidlo a potom stlačte vybrané tlačidlá obslužného ovládacieho panela.
Žlté svetlo = uzamknuté

Tlačidlo zdvihnutia automatickej stoličky – stlačte a podržte na nastavenie polohy stoličky.

Tlačidlo spustenia automatickej stoličky – ložnú plochu matraca vráti do plochej a vodorovnej polohy.

Zdvíhanie/spúšťanie ložnej plochy matraca.

Zdvíhanie/spúšťanie stehennej časti.

Zdvíhanie/spúšťanie chrbtovej opierky.

Tlačidlo Bio-Contour nahor (ovláda len pacient) – zdvihnutie chrbtovej opierky a stehennej časti.

Tlačidlo Bio-Contour nadol (ovláda len pacient) – návrat do plochej polohy.

arjo with people in mind

Ovládacie prvky váženia pacienta a detekcie pohybu pacienta VariZone



Hmotnosť – výpočet a zobrazenie hmotnosti pacienta.

Automatická kompenzácia – umožňuje pridávanie a odstraňovanie položiek bez vplyvu na uvádzanú hmotnosť pacienta.

Nula – vynulovanie systému na váženie.

Výber zobrazenia hmotnosti – hmotnosť pacienta zaokrúhli na najbližších 100 g alebo 500 g.

Na lôžku – aktivácia/deaktivácia detekcie pohybu pacienta a zvýšenie citlivosti systému.

Zobrazenie prahu detekcie pohybu pacienta – indikátor znázorňuje aktuálny stav systému a zvolenú citlivosť prahu detekcie pohybu pacienta.

Odchod – aktivácia/deaktivácia detekcie pohybu pacienta a zníženie citlivosti systému.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind