간편 참조 안내 - 세척 및 소독

Enterprise 5000X, 8000X, 9000X

CE 2797

경고
모든 세척 또는 유지 보수 작업을 시작하기 전에 전력 공급 장치에서 침대를 분리합니다 . 기능이 ACP 에서 잠겨있지 않은 경우 침대는 계속 건전지 전원으로 작동합니다 .

전원 플러그나 전선이 젖지 않도록 하십시오 .

주의 사항
연마용 화합물 또는 패드 , 페놀 성분의 소독제는 사용하지 마십시오 .
제트 스트림 청소 또는 세척 터널을 사용하지 마십시오 .
구동기의 피스톤에서 기름을 제거하지 마십시오 .

매주 세척하고 소독하십시오 .
신규 환자를 받기 전에 세척하고 소독하십시오 .

필수 액세서리 :

- 보호복
- 중성 세제
- 시판 염소계 소독제 중 이염화이소시안산나트륨 (NaDCC) 1 000 ppm (0.1%)
- 시판 염소계 소독제 중 이염화이소시안산나트륨 (NaDCC) 10 000 ppm (1%)
- 온수
- 일회용 천
- 일회용 페이퍼 타월

소독제로 이염화이소시안산나트륨 (NADCC) 을 권장합니다 . 시설 지침에 NaDCC 외에 다른 소독제를 사용하라고 되어 있는 경우 , 제조업체의 지침에 따라 조심하여 사용하십시오 .

세정

1. 침대에서 매트리스 및 부속품을 분리합니다 .
2. 침대에서 헤드보드 , 풋보드 , 매트리스 플랫폼 시트를 분리합니다 .
3. 중성 세제를 푼 물로 적신 일회용 천으로 모든 표면을 닦습니다 .
   침대의 윗부분부터 시작하여 평평한 표면을 전부 닦습니다 .
   침대의 아랫부분을 향해 꼼꼼히 닦고 , 마지막으로 바퀴를 닦아 마무리합니다 .
4. 새로운 일회용 천을 물에 적셔서 닦습니다 . 일회용 페이퍼 타월로 건조시킵니다 .
5. 매트리스를 다시 놓기 전에 닦은 부분을 건조시킵니다 .

소독

6. NaDCC(시판 염소계 소독제 1 000 ppm) 로 모든 표면을 닦습니다 . 체액 (예 : 혈흔) 을 닦는 경우 NaDCC(시판 염소계 소독제 10 000 ppm) 로 닦습니다 .

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.EN.02KO_1 • 05/2020

arjo
with people in mind