
간편 참조 안내 - 기능

Enterprise 5000X, 8000X


CPR 등받이 해제




침대 한 쪽에 있는 CPR 손잡이를 잡고 빠르게 등받이를 내립니다.

측면 레일 - 올리기

잠금 볼트가 파란색 작동 노브 뒤에 보이는 경우 측면 레일을 올린 채로 두지 마십시오.




측면 레일이 올라간 위치에 제대로 잠겨 있는지 확인하십시오.



측면 레일을 잡습니다. 올린 위치로 측면 레일이 잠길 때까지 당깁니다.


측면 레일 - 내리기




측면 레일을 잡습니다. 파란색 작동 노브 또는 파란색 릴리즈 레버를 당겨 측면 레일을 내립니다.

arjo
with people in mind


브레이크와 조종



브레이크
네 바퀴 모두에 브레이크를 걸 수 있습니다.



프리
네 바퀴 모두 자유롭게 회전하면서 선회합니다.




스티어
네 바퀴 모두 회전하지만, 조종 바퀴는 선회하지 않습니다.

침대가 움직이지 않을 때에는 항상 브레이크를 사용해야 합니다.


침대 길이 조정(설정 위치 세 곳)

1



파란색 확장 잠금 손잡이(A)를 당기십시오. 원하는 위치로 침대 프레임(B)을 당긴 후 손잡이를 놓습니다.


2



파란색 확장 캐치바(A)를 들어올리고 크로스바(B)의 중간을 잡을 후 매트리스를 원하는 위치(C)로 당깁니다.


종아리 부분 조정

1



종아리 부분 프레임의 측면을 잡고 종아리 부분을 위쪽으로 들어올립니다.

2



래치가 수평 위치로 올 때까지 들어올립니다.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind