SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tenor

CE 2797


Z krzesła na krzesło

1




Założyć nosidło wokół pacjenta. Ułożyć pasy nożne po wewnętrznej stronie ud. Upewnić się, czy nosidło nie jest zawinięte ani skręcone.

2




Ustawić podnośnik przed pacjentem. Jeżeli to konieczne umieścić nogi pacjenta na podstawie lub ponad nią. Ustawić ramę na wysokości ramion.

3




Przymocować pętle nosidła prawidłowo do ramy. Przed podniesieniem pacjenta sprawdzić, czy nosidło jest zabezpieczone na hakach.

4




Podnieść pacjenta.

5



Odsunąć podnośnik od krzesła.
Jeżeli dotyczy, zamknąć nogi podstawy.
Przewieźć pacjenta.

6



Ustawić pacjenta nad krzesłem. Ostrożnie obniżyć do pozycji siedzącej. Odłączyć nosidło od podnośnika. Odsunąć podnośnik od pacjenta. Wyjąć nosidło spod pacjenta.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

ABT12107M-PL_06 • 05/2020

arjo
with people in mind