
簡易参照ガイド ー 使用方法


Maxi Move

椅子から移乗する場合




CE 2797

1




スリングを患者様のまわりに装着します。
レッグストラップを太ももの内側に配置します。

2




位置決めハンドルは患者様の体から遠い側に向けます。
スプレッダーバーは肩の高さです。

3




4




ショルダーストラップクリップをスプレッダーバーに正しく取り付けます。

5




位置決めハンドルを押し下げて、レッグストラップクリップをスプレッダーバーに正しく取り付けます。

6




レッグクリップをまっすぐに取り付けます (A)。
注意! 脚でキックする癖がある患者様の場合、レッグクリップをクロスして取り付けます (B)。

7



ハンドセットコントロールを使って患者様を吊り上げ、位置を調整します。


8




リフトを移動して椅子から離します。
患者を移乗します。

arjo with people in mind

ベッドから




1




ベッドの下のレッグシャーシが入る部分に何もないことを確認します。

2




スリングを患者様の下に装着します。

3




スリングの頭を支える部分が患者様の首の下に来るようにします。

4




スプレッダーバーの開いた側を患者様の頭部に向けてベッドに近づけます。必要に応じて、レッグシャーシの幅を調節します。

5




スプレッダーバーが患者様の体の上方中心部に来るようにします。

6




位置決めハンドルを使ってスプレッダーバーを傾けます。ショルダーストラップクリップをスプレッダーバーに正しく取り付けます。

7



位置決めハンドルを押し下げて、太ももの下のレッグストラップクリップをスプレッダーバーに正しく取り付けます。

8



患者様を吊り上げ、移動します。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind