
Maxi Move

Nuo kėdės


CE 2797

1



Uždėkite nešyklę aplink pacientą.
Dėkite kojų diržus šlaunų vidinėje pusėje.


2




Padėties nustatymo rankena turi būti nukreipta nuo paciento.
Skėtiklį reikia nustatyti ties pečiais.

3

NEĮJUNKITE stabdžio.




4




Tinkamai prie skėtiklio pritvirtinkite pečių diržų spaustukus.

5




Paspauskite padėties nustatymo rankeną ir tinkamai prie skėtiklio pritvirtinkite kojų diržų spaustukus.

6




Kojų spaustukus tvirtinkite tiesiai (A).
Pastaba! Spardytis linkusiam pacientui kojų spaustukus pritvirtinkite sukryžiuotus (B).

7



Keltuvui valdyti ir paciento padėčiai reguliuoti naudokite rankinį valdymo pultelį.


8




Patraukite keltuvą nuo kėdės.
Perkelkite pacientą.

arjo
with people in mind

Nuo lovos




1




Patikrinkite tarpą tarp važiuoklės kojų po lova.

2




Dėkite nešyklę po pacientu.

3




Nešyklės galvos atramos sritis turi būti po paciento kaklu.

4




Privažiuokite prie lovos, atvirą skėtiklio pusę nukreipę paciento galvos link. Jei reikia, sureguliuokite važiuoklės kojų plotį.

5




Centruodami skėtiklį nustatykite virš paciento.

6




Padėties nustatymo rankena pakreipkite skėtiklį. Tinkamai prie skėtiklio pritvirtinkite pečių diržų spaustukus.

7



Paspauskite padėties nustatymo rankeną ir tinkamai prie skėtiklio pritvirtinkite kojų diržų spaustukus.

8



Pakelkite ir perkelkite pacientą.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind