
Maxi Move

CE 2797


Piduri rakendamine ja vabastamine

Piduri rakendamine





Ainult hoidmiseks ja kallakul. Ärge rakendage pidureid muul viisil patsienti tõstes.

Piduri vabastamine




Juhtpaneel ja käsijuhtimispuldi nupud






Aasadega tõstelina kinnitus




Klambritega tõstelina kinnitus




Enne patsiendi tõstmist kinnitage ja sulgege sulguril olev klamber.

arjo with people in mind

Eemaldage kinnitus




1




Vajutage lukustusklambri pöidlapatju.

2

A




B




Tõstke kinnitus üles (A) ja T-raamist eemale (B).

Paigaldage kinnitus





1




Paigutage kinnitus ümber T-raami, pöidlapadjad eespool.


2






Kinnituse märgistused on joondatud.






Lukustusklamber on täielikult rakendatud.

Elektritoite rike – langetage kraananool




1




Tõstke hoob üles

2



Eemaldage lukustustihvt.

3



Kasutage hooba vändana. Pöörake seda üks pööre päripäeva.