
Maxi Move

CE 2797


Nuspauskite ir atleiskite stabdį

Nuspauskite stabdį





Tik laikant ir esant nuolydžiui. Nenaudokite stabdžių, kai pacientą keliate kitu būdu.

Atlaisvinkite stabdiklį




Valdymo skydelis ir rankinio valdymo pultelio mygtukai






Kilpinės nešyklės tvirtinimas




Nešyklės su spaustukais tvirtinimas




Prieš keldami pacientą pritvirtinkite ir užfiksuokite spaustuką prie ąselės.

arjo with people in mind

Nuimti priedą




1




Paspauskite fiksuojamojo spaustuko nykščio pagalvėles.

2

A




B




Pakelkite priedą į viršų (A) ir nustatykite atokiau (B) nuo T formos strypo.

Sumontuoti priedą





1



Pritvirtinkite priedą aplink T formos strypą, nykščio pagalvėles nukreipdami pirmyn.


2






Žymos ant priedo yra sulygiuotos.






Fiksuojamasis spaustukas visiškai užfiksuotas.

Elektros maitinimo triktis – nuleiskite strėlę




1




Pakelkite svirtį

2



Išimkite užblokavimo kaištį.

3



Naudokite svirtį kaip skriejiką. Pasukite ją vieną pasukimą pagal laikrodžio rodyklę.