
# Maxi Move

CE 2797


## استعمال الفرامل وتحريرها

استعمل الفرامل





للتخزين والتحرك في وضعية الإمالة فقط. لا تستعمل الفرامل عند رفع المريض بأي طريقة أخرى.

تحرير الفرامل




## أزرار لوحة التحكم وجهاز التحكم اليدوي







## ربط الحمالة المزودة بمشبك





## ربط الحمالة المزودة بحلقات




قم بربط المشبك وإحكام إغلاقه في العروة قبل رفع المريض.

## إزالة الرباط




١




اضغط على وسادة الإبهام الخاصة بمشبك القفل.

٢





ارفع الرباط إلى أعلى (أ) وفي اتجاه بعيد (ب) عن قضيب T.

## تركيب الرباط




١




قم بتثبيت الرباط حول قضيب T، وادفع وسادة الإبهام إلى الأمام.

٢




العلامات الموجودة على الملحق تمت محاذاتها.




مشبك القفل مثبّت بالكامل.

## انقطاع التيار الكهربائي – قم بخفض ذراع الرافعة




١




ارفع الذراع

٢



أزل مسمار القفل.

٣



استخدم الذراع بمثابة ذراع تدوير. وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة.




ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com