ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Skin IQ 365



414479-EL Rev G • 09/2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Για να διασφαλίσετε την ενδεδειγμένη απόδοση των προϊόντων της Arjo, η Arjo συνιστά τις ακόλουθες συνθήκες. Η μη τήρηση αυτών των συνθηκών θα καταστήσει άκυρες τυχόν ισχύουσες εγγυήσεις.

- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο και την αντίστοιχη σήμανση του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τυχόν εργασίες συναρμολόγησης, χειρισμού, επέκτασης, αλλαγής ρυθμίσεων, τροποποίησης, τεχνικής συντήρησης ή επιδιόρθωσης πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένο προσωπικό, εξουσιοδοτημένο από την Arjo. Για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση και την επιδιόρθωση, επικοινωνήστε με την Arjo.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της αίθουσας συμμορφώνονται με τα κατάλληλα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικών καλωδιώσεων. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το προϊόν πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπάρχουν ειδικές ενδείξεις, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και πληροφορίες ασφαλείας για τα συστήματα υποστηρικτικής θεραπείας της Arjo. Πριν από την τοποθέτηση του ασθενούς και τη χρήση του προϊόντος, είναι σημαντικό οι χρήστες να διαβάσουν και να εξοικειωθούν με τις παρούσες οδηγίες και να συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό. Οι συνθήκες για τον κάθε ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το προϊόν αυτό έχει διαμορφωθεί από τον κατασκευαστή κατά τρόπο ώστε να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την τάση. Ανατρέξτε στην ετικέτα του τροφοδοτικού για τη συγκεκριμένη τάση.

Εάν προκύψει σοβαρό περιστατικό σε σχέση με αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν που επηρεάζει τον χρήστη ή τον ασθενή, ο χρήστης ή ο ασθενής θα πρέπει να αναφέρει το σοβαρό περιστατικό στον κατασκευαστή ή τον διανομέα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χρήστης θα πρέπει επίσης να αναφέρει το σοβαρό περιστατικό στην Αρμόδια Αρχή στο Κράτος Μέλος όπου βρίσκεται.

Εισαγωγή

Αυτό το φυλλάδιο θα πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που να είναι εύκολο προσβάσιμο για να το συμβουλεύεστε γρήγορα.

Συνιστάται η μελέτη όλων των ενοτήτων αυτών των οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις ενότητες **Ενδείξεις**, **Αντενδείξεις**, **Κίνδυνοι και προφυλάξεις** και **Πληροφορίες για την ασφάλεια** πριν τοποθετήσετε τον ασθενή στο Skin IQ™ 365.

Αυτές οι οδηγίες δεν παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ασφαλείας ή λειτουργίας για την επιφάνεια ανακατανομής πίεσης ή/και το πλαίσιο κλίνης που διατίθεται από την εγκατάσταση για χρήση με το *Skin IQ* 365. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος για πληροφορίες.

Οι φροντιστές των ασθενών θα πρέπει να συζητήσουν τις **Πληροφορίες ασφαλείας**, τους **Κινδύνους και τις Προφυλάξεις** και τις **Αντενδείξεις** με τον ασθενή (ή τους νόμιμους κηδεμόνες του) και την οικογένειά του.

Το Skin IQ 365 είναι μια επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευή για πολλούς ασθενείς που διαθέτει Τεχνολογία Αρνητικής Ροής (Negative Airflow Technology, NAT) για τη μικροκλιματική διαχείριση όταν τοποθετείται πάνω σε μια επιφάνεια ανακατανομής πίεσης που παρέχεται από τον πελάτη.

Είναι επίσης σχεδιασμένο για τη μείωση της τριβής και της διάτμησης και για να αισθάνεται πιο άνετα ο ασθενής.

Το *Skin IQ* 365 είναι κατάλληλο για χρήση σε εγκαταστάσεις αυξημένης φροντίδας ή μετά από αυξημένη φροντίδα, διαπερνάται από ατμούς, και έχει ένα αδιάβροχο κάλυμμα από νάυλον ταφτά.

Ενδείξεις

Το *Skin IQ* 365 είναι κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με μια επιφάνεια ανακατανομής πίεσης για να βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση ελκών του δέρματος και ελκών κατάκλισης (στάδια I-IV) σε ασθενείς που χρειάζονται μικροκλιματική διαχείριση του δέρματος.

Αντενδείξεις

Παρόλο που το *Skin IQ* 365 δεν έχει σχετικές άμεσες αντενδείξεις, ο φροντιστής πρέπει να ανατρέχει και να τηρεί τις αντενδείξεις της ετικέτας του προϊόντος αναφορικά με την επιφάνεια ανακατανομής πίεσης ή/και το πλαίσιο κλίνης που χρησιμοποιείται με το *Skin IQ* 365.

Ρυθμίσεις προβλεπόμενης φροντίδας

- Αυξημένη Φροντίδα
- Μετά από Αυξημένη Φροντίδα

Συμβατότητα

Το *Skin IQ* 365 είναι σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε επιφάνεια ανακατανομής πίεσης που έχει μήκος 80 - 84 in (203,2 - 213,4 cm) 35 - 36 in (88,9 - 91,4 cm) πλάτος και ύψος 7 - 8 in (17,8 - 20,3 cm).

Διαβάστε τη ετικέτα του προϊόντος για τη συμβατότητα της επιφάνειας ανακατανομής πίεσης ή/και του πλαισίου κλίνης.

Κίνδυνοι και προφυλάξεις

Μεταφορά

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως συσκευή μεταφοράς.

Διάρκεια χρήσης

Η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος είναι ένα έτος ή 35 κύκλοι πλυσίματος, ανάλογα με το τι θα προηγηθεί χρονικά.

Η διάρκεια χρήσης για κάθε ασθενή μπορεί να ποικίλλει. Παράγοντες όπως, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς, η ακράτεια, οι δερματοπάθειες, η διατροφή, η φαρμακευτική αγωγή, η κινητικότητα, το βάρος ή η αιτιολογία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της διάρκειας χρήσης του *Skin IQ* 365.

΄Υψος

Το *Skin IQ* 365 θα αυξήσει το ύψος της επιφάνειας ανακατανομής πίεσης που εφαρμόζεται κατά περίπου 0,375 in (9,53 mm).

Χρήση σε συνδυασμό με άλλες συσκευές

Όλα τα εξαρτήματα του *Skin IQ* 365 είναι σχεδιασμένα για χρήση ως μια συσκευή ενιαίου συστήματος σε συνδυασμό με μια επιφάνεια ανακατανομής πίεσης.

Το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το *Skin IQ* 365. Το κάλυμμα θα πρέπει να τροφοδοτείται με ισχύ μόνο με το Τροφοδοτικό Skin IQ 365 με αριθμό εξαρτήματος MENB1010A1203B02 (Arjo P/N 44001211).

Οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης και χρήσης του τροφοδοτικού με άλλη συσκευή, ή χρήση άλλης μάρκας ή μοντέλου τροφοδοτικού θα έχει ως αποτέλεσμα την ακατάλληλη λειτουργία του εξοπλισμού, και ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού του ασθενούς.

Μετατόπιση ασθενούς

Οι ειδικές επιφάνειες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τριβής και υποστήριξης από τις συμβατικές επιφάνειες και ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο μετακίνησης του ασθενούς, βύθισής του ή/και μετατόπισής του σε επικίνδυνες θέσεις παγίδευσης, ή/και τον κίνδυνο ακούσιας πτώσης από το κρεβάτι. Παρακολουθείτε συχνά τους ασθενείς, για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο παγίδευσής τους.

Πληροφορίες ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε και τηρήστε τυχόν πληροφορίες ασφαλείας που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος για την επιφάνεια ανακατανομής πίεσης ή/και το πλαίσιο κλίνης που χρησιμοποιείται με το *Skin IQ* 365.

Τροφοδοτικό

Χρησιμοποιήστε το Τροφοδοτικό *Skin IQ* 365 μόνο με το ενσωματωμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος ή/και ζημιάς στο καλώδιο. Το *Skin IQ* 365 δεν θα πρέπει ποτέ να τίθεται σε λειτουργία με φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγχετε τακτικά το τροφοδοτικό και το καλώδιο και αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο επικοινωνήστε με την Arjo ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Arjo για να παραγγείλετε ένα ανταλλακτικό.

Κάλυμμα

Να είστε προσεχτικοί κατά τη χρήση ή τη μεταφορά. Τυχόν πτώση ή άλλοι ξαφνικοί κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

Φροντίδα του δέρματος

Η παρακολούθηση της φροντίδας του δέρματος θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το εν λόγω προϊόν δεν αντικαθιστά την ορθή διαχείριση της φροντίδας του δέρματος και τη γενική νοσηλευτική φροντίδα.

Η οικογένεια προϊόντων *Skin IQ* διαθέτει έναν αντιμικροβιακό παράγοντα που αναπτύσσεται στην επιφάνεια επαφής με τον ασθενή. Παρόλο που συμβαίνει σπάνια, μερικοί ασθενείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ευαισθησία ή αντίδραση κατά τη χρήση. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του δέρματος του ασθενή. Διακόψτε τη χρήση και ξεκινήστε θεραπεία αν παρατηρηθούν τυχόν σημάδια αντίδρασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια προϊόντων *Skin IQ*, επικοινωνήστε με την Arjo στο 1-800-343-0974.

Βάρος ασθενή

Το μέγιστο βάρος ασθενούς για αυτό το προϊόν είναι 227 kg (500 lb). Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετα όρια βάρους, διαβάστε τις προδιαγραφές για την επιφάνεια ανακατανομής πίεσης ή/και το πλαίσιο κλίνης που χρησιμοποιούνται.

Γενικά πρωτόκολλα

- Αποφεύγετε την επαφή αιχμηρών αντικειμένων με το *Skin IQ* 365. Οπές, κοψίματα και σκισίματα εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία.
- Ακολουθείτε όλους τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και τα πρωτόκολλα του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος σχετικά με την ασφάλεια του ασθενούς και του φροντιστή.
- Το *Skin IQ* 365 μπορεί να αφαιρεθεί ή να τοποθετηθεί σε ένα κρεβάτι ενώ ο ασθενής βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από νοσηλευτικό προσωπικό με τη χρήση μια κοινής μεθόδου που συνήθως αποκαλείται «μέθοδος κύλισης» για την αλλαγή λερωμένων σεντονιών ακινητοποιημένων ασθενών. Τουλάχιστον δύο νοσηλευτές μπορούν να κυλήσουν τον ασθενή στη μια πλευρά του κρεβατιού και μετά να το τοποθετήσουν, διπλωμένο ή τυλιγμένο, ακριβώς πίσω από την πλάτη του ασθενούς. Έπειτα μπορούν να κυλήσουν τον ασθενή πάνω από την πλευρά του *Skin IQ* 365 που έχουν στρώσει. Το υπόλοιπο τμήμα του *Skin IQ* 365 μπορεί τώρα να στρωθεί στην πλευρά του κρεβατιού που μόλις απελευθερώθηκε. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να κυλίσετε τον ασθενή στο κέντρο του κρεβατιού.

Αποσυσκευασία και έλεγχος

Αποσυσκευάστε το *Skin IQ* 365 από το κιβώτιο αποστολής και απαριθμήστε τα στοιχεία που αναγράφονται.


- Κάλυμμα με οδηγίες χρήσης (συμπεριλαμβάνονται με το πλήρες κιτ ή μόνο με το κάλυμμα)
- Τροφοδοτικό (συμπεριλαμβάνονται με το πλήρες κιτ ή διατίθεται ως ξεχωριστό στοιχείο)
- Διάταξη Ανεμιστήρα (συμπεριλαμβάνεται με το πλήρες κιτ ή διατίθεται ως ξεχωριστό στοιχείο)

Ελέγξτε προσεκτικά όλα τα προϊόντα. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι φθαρμένο ή λείπει, επικοινωνήστε με την Arjo ή με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της.

Εγκατάσταση

Αν δεν ασφαλιστεί σωστά το κάλυμμα στην υπάρχουσα επιφάνεια ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός του ασθενή ή του χρήστη ή βλάβη του εξοπλισμού.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα, τη διάταξη ανεμιστήρα και το τροφοδοτικό από τη σακούλα αποστολής.
2. Αφαιρέστε όλα τα καλύμματα και τα σεντόνια από την υπάρχουσα επιφάνεια ανακατανομής πίεσης.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω από την υπάρχουσα επιφάνεια, διασφαλίζοντας ότι η σήμανση ποδών του καλύμματος βρίσκεται στη μετώπη ποδιών της κλίνης. Η επιφάνεια με το μπλε χρώμα είναι η επιφάνεια επαφής με τον ασθενή και θα πρέπει να είναι η ορατή εξωτερική επιφάνεια όταν το κάλυμμα τοποθετηθεί στο στρώμα.
4. Το τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τη διάταξη του ανεμιστήρα. Αν όχι, συνδέστε το τροφοδοτικό με τη διάταξη του ανεμιστήρα.
5. Το τροφοδοτικό διατίθεται με προσαρμογείς που είναι κατάλληλοι για το είδος της πρίζας που χρησιμοποιείται στη χώρα. Εντοπίστε τον κατάλληλο προσαρμογέα και έπειτα εισάγετε τον προσαρμογέα στο τροφοδοτικό και περιστρέψτε σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού μέχρι ο προσαρμογέας να κλειδώσει. Για την αφαίρεση του προσαρμογέα, συμπιέστε το κουμπί στον προσαρμογέα και περιστρέψτε αντίθετα από τη φορά του ρολογιού.
6. Βρείτε τη θυρίδα της διάταξης του ανεμιστήρα κάτω από την ένδειξη πόδων του καλύμματος. Στερεώστε τη διάταξη του ανεμιστήρα στη στρογγυλή κόκκινη θύρα του ανεμιστήρα στο κάλυμμα. Περιστρέψτε τον ανεμιστήρα έτσι ώστε να επιτύχετε την ορθή τελική τοποθέτηση του ανεμιστήρα όπως απεικονίζεται παρακάτω. Οι αεραγωγοί πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι έτσι ώστε η εξαγωγή αέρα να διαφεύγει προς τα κάτω και στα πλάγια του στρώματος.



7. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας τοποθετείται στο πάτωμα κάτω από το κρεβάτι. Η ακατάλληλη τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
8. Τραβήξτε το στρώμα πάνω από την επιφάνεια ανακατανομής πίεσης τεντώνοντάς το με ασφάλεια πάνω από κάθε γωνία. Μην εγκλωβίσετε το καλώδιο τροφοδοσίας μεταξύ του καλύμματος και του στρώματος της κλίνης.
9. Λειάνετε τυχόν πτυχώσεις στο κάλυμμα.
10. Ασφαλίστε το κάλυμμα στο πλαίσιο της κλίνης χρησιμοποιώντας τους ιμάντες αγκύρωσης και περιέλιξης, που βρίσκονται στα πλάγια του καλύμματος.
11. Σιγουρευτείτε ότι η τοποθέτηση των ιμάντων δεν παρεμβαίνει στην εκτέλεση των λειτουργιών της κλίνης. Αν δεν το κάνετε ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς ή βλάβη του εξοπλισμού.
12. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στη γύρω περιοχή που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο κάλυμμα.
13. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα ρεύματος και σιγουρευτείτε ότι η πρίζα έχει ρεύμα. Επαληθεύστε ότι η πρίζα ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμη για την αποσύνδεση της συσκευής από την τροφοδοσία ρεύματος. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά τοποθετημένο στο πάτωμα κάτω από το κρεβάτι.
14. Μετακινήστε το χέρι σας κατά μήκος του άκρου της μετώπης ποδιών και αισθανθείτε τη δόνηση του ανεμιστήρα. Ένας χαμηλός βόμβος υποδηλώνει ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
15. Για την απεγκατάσταση του *Skin IQ* 365 ανατρέξτε στις οδηγίες **Φροντίδας και καθαρισμού**.

Φροντίδα και καθαρισμός

Το κάλυμμα *Skin IQ* 365 θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά μετά από τη χρήση σε κάθε ασθενή. Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να φορούν κάλληλα προστατευτικά ρούχα κατά τον καθαρισμό των στρωμάτων των κλινών. Συνιστάται το πάνω κάλυμμα (περιοχή επαφής με τον ασθενή) να καθαρίζεται με ένα ήπιο σαπούνι ή οργανικό διάλυμα και νερό πριν τη χρήση των τυπικών απολυμαντικών διαλυμάτων για την αφαίρεση μεγάλων ακαθαρσιών. Όλα τα απολυμαντικά διαλύματα πρέπει να είναι κατάλληλα αραιωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό θα είναι αποτελεσματικό για τους περισσότερους λεκέδες, όπως το αίμα, τα ούρα και ο ιδρώτας. Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Δεν πρέπει να ανοίγετε την περιοχή του φερμουάρ κατά την κανονική χρήση ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών καθαρισμού ή απολύμανσης.

Απολύμανση

Το Κάλυμμα *Skin IQ* 365, ο Ανεμιστήρας και το Τροφοδοτικό μπορούν να απολυμαίνονται σκουπίζοντάς τα με ένα πανάκι με διάλυμα 70 % αλκοόλης, χλωρίνη 1000 ppm, υπεροξείδιο του υδρογόνου 3 % ή απολυμαντικό με φαινόλη 1 %. Παρόλο που η χλωρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση με σκούπισμα, τονίζεται ότι η εκτεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και εξασθένηση των υφασμάτων και ετικετών που χρησιμοποιούνται στο *Skin IQ* 365. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λευκαντικό κατά την πλύση του *Skin IQ* 365.

Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας των απολυμαντικών διαλυμάτων βασίστηκαν σε μικροβιολογικές μελέτες με τη χρήση του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου ως έναν κοινό κλινικά σχετικό αερόβιο οργανισμό που προκαλεί λοίμωξη του δέρματος.

Τα απολυμαντικά ιωδιωμένου τύπου (π.χ. Betadine, κ.λπ.) δεν συστήνονται και θα δημιουργήσουν λεκέδες στο ύφασμα.

Δεν πρέπει να ανοίγετε την περιοχή του φερμουάρ κατά την κανονική χρήση ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών καθαρισμού ή απολύμανσης.

Πλύση

Πριν από την πλύση αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τη διάταξη του ανεμιστήρα και αφαιρέστε τη διάταξη του ανεμιστήρα από την κόκκινη θύρα στο κάλυμμα *Skin IQ* 365.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λευκαντικό κατά την πλύση του *Skin IQ* 365.

Επιτρέπεται η πλύση του *Skin IQ* 365. Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες πλύσης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Συνιστάται οι θερμοκρασίες πλύσης να μην υπερβαίνουν τους 140˚F (60˚C) και οι θερμοκρασίες στεγνωτηρίου να μην υπερβαίνουν τους 140˚F (60˚C). Σιγουρευτείτε ότι έχετε ανοίξει το φερμουάρ του *Skin IQ* 365 κατά την πλύση και το στέγνωμα έτσι ώστε να καταστήσετε δυνατό τον καθαρισμό, την απολύμανση και το στέγνωμα του εσωτερικού του καλύμματος. Όταν ολοκληρωθεί η πλύση, σιγουρευτείτε ότι έχετε κουμπώσει και πάλι το φερμουάρ του *Skin IQ* 365 πριν το επαναχρησιμοποιήσετε. Μια σήμανση στη μετώπη ποδιών του *Skin IQ* 365 χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των αριθμών πλύσης του καλύμματος.

Οι θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τις συνιστώμενες τιμές θα προκαλέσουν πρόωρη φθορά του καλύμματος *Skin IQ* 365.

Η περιοχή του φερμουάρ πρέπει να είναι ανοιχτή κατά τις διαδικασίες πλύσης αλλά κλειστή κατά την κανονική χρήση.

Απόρριψη

Το κάλυμμα είναι ένα επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν για πολλούς ασθενείς αλλά ορισμένα από τα στοιχεία που διατίθενται με αυτό μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και πέρα από την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων, εάν αφαιρεθούν με προσοχή. Το τροφοδοτικό *Skin IQ* 365 μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αλλά μόνο σε άλλους ανεμιστήρες *Skin IQ* 365. Ελέγχετε τακτικά το τροφοδοτικό και το καλώδιο και διακόψτε τη χρήση τους αν υποστούν βλάβη. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για την αφαίρεση των εξαρτημάτων του *Skin IQ* 365.

1. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα τοίχου.
2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από τον ανεμιστήρα.

Λάβετε υπόψη όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εγκατάστασης όσον αφορά τον καθαρισμό, τον έλεγχο και την επαναχρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αν δεν επαναχρησιμοποιηθεί, απορρίψτε το τροφοδοτικό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τοπικά πρωτόκολλα του νοσηλευτικού ιδρύματος.

3. Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα από το κάλυμμα τραβώντας τον ανεμιστήρα από το κάλυμμα.
4. Απορρίψτε το κάλυμμα και τον ανεμιστήρα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τοπικές διαδικασίες του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Τα υφασμάτινα υλικά που χρησιμοποιούνται στα καλύμματα ή οποιαδήποτε άλλα υφάσματα, πολυμερή ή πλαστικά υλικά κ.λπ. θα πρέπει να ταξινομούνται ως εύφλεκτα απόβλητα.

Οι μονάδες που έχουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αποσυναρμολογούνται και να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τον κανονισμό για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ή σύμφωνα με τον τοπικό ή εθνικό κανονισμό.

Η διάταξη του ανεμιστήρα περιλαμβάνει ηλεκτρονικά εξαρτήματα που μπορεί να απαιτούν εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από τα απαλά μέρη του καλύμματος.

Σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης κάποιου εξαρτήματος, υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.....227 kg (500 lb)

Η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος είναι ένα έτος ή 35 κύκλοι πλυσίματος, ανάλογα με το τι θα προηγηθεί χρονικά.

Διαβάστε τις προδιαγραφές για την επιφάνεια ανακατανομής πίεσης που χρησιμοποιείται. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον περιορισμοί βάρους.

Ηλεκτρικές:

Τάση εισόδου.....100 - 240 VAC
Τάση εξόδου.....12 V
Συχνότητα.....50 / 60 Hz
Ρεύμα εισόδου σε αμπέρ.....0,3 A (0,3 A - 0,1 A)
Ρεύμα εξόδου σε αμπέρ.....1,0 A
Μέγιστη ηλεκτρική διαρροή.....100 uA στα 115 VAC 60 Hz και 200 uA στα 230 VAC 50 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας.....20,0 ft (6,1 m)

Περιβαλλοντικές συνθήκες:

Σε λειτουργία:

Εύρος θερμοκρασιών.....32˚F (0˚C) έως 104˚F (40˚C)
Εύρος υγρασίας.....5% - 90%

Μεταφορά / αποθήκευση:

Εύρος θερμοκρασιών.....-20,2˚F (-29˚C) έως 167˚F (75˚C)
Εύρος υγρασίας.....5% - 95%

Το Κάλυμμα *Skin IQ* 365 έχει ταξινομηθεί ως εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές - Παρότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τους σκοπούς της Οδηγίας 2014/30/ ΕΕ σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC), κάθε ηλεκτρικός εξοπλισμός ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές. Εάν υπάρχει υποψία παρεμβολής, μετακινήστε τον εξοπλισμό μακριά από ευαίσθητες συσκευές ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Τα ραδιόφωνα, τα κινητά τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές μπορούν να επηρεάσουν αυτόν τον εξοπλισμό και θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον 2 μέτρα (6,5 πόδια) μακριά από τον εξοπλισμό.
Το *Skin IQ* 365 χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων του είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρικό εξοπλισμό. Το *Skin IQ* 365 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές από ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνοτήτων είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης του *Skin IQ* 365 μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (πομπούς) και του *Skin IQ* 365.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

ETL CLASSIFIED ETL Intertek 4008071 — Συμμορφώνεται με το AAMI ES60601-1-6. Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο CSA C22.2 Αρ. IEC-60601-1 έκδοση 3.1 IEC-60601-1-2:2014

Σημαντικές πληροφορίες λειτουργίας

Κάτω άκρο

CE 2797 — Σήμανση CE που υποδεικνύει συμμόρφωση με την εναρμονισμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα στοιχεία υποδεικνύουν την επίβλεψη από Κοινοποιημένο Οργανισμό.

Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης

MD — Υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Συσκευή κατηγορίας II

Κατασκευαστής

Όρια θερμοκρασίας

IPX1 — Με προστασία από διείσδυση υγρών

Ονομασία νοσοκομείου

60˚C — Πλένεται μέχρι και στους 60˚C

Μη σιδερώνετε

Ημερομηνία πρώτης χρήσης

Μην το ανοίγετε με ψαλίδια

Κίνδυνος παραπατήματος

Το προϊόν αυτό ή το τμήμα του πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από κατάλληλο σημείο συλλογής. Με την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής, απορρίψτε όλα τα απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις ή συμβουλευθείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Arjo.

Διατηρείτε το προϊόν στεγνό

Προειδοποίηση πιθανού κινδύνου για το σύστημα, τον ασθενή ή το προσωπικό

Χωρίς άγκιστρα

Μην τοποθετείτε στο ντουζ

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B

REF — Αριθμός καταλόγου

Όρια υγρασίας

60˚C — Στεγνώστε στους 60˚C

Στοιχεία επικοινωνίας πελατών

Για ερωτήματα αναφορικά με το προϊόν αυτό, τα αναλώσιμα, τη συντήρηση ή για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Arjo, επικοινωνήστε με την Arjo ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Arjo ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση Στις ΗΠΑ καλέστε τον αριθμό 1-800-343-0974.

Πολιτική σχεδιασμού και πνευματικά δικαιώματα
Τα ® και ™ είναι εμπορικά σήματα, τα οποία ανήκουν στον όμιλο εταιρειών Arjo.
© Arjo 2019.
Δεδομένου ότι η πολιτική της εταιρείας μας στοχεύει στη διαρκή βελτίωση, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης σχεδίων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αντιγραφή των περιεχομένων αυτής της έκδοσης χωρίς τη συγκατάθεση της Arjo.

At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo

CE 2797