Maxi Sky 2

CẢNH BÁO



Để tránh tổn thương mắt và da, hãy luôn sử dụng găng tay và kính bảo hộ. Nếu có tiếp xúc, hãy rửa sạch với nhiều nước. Nếu mắt hoặc da bị kích ứng, hãy liên hệ với bác sĩ. Luôn đọc hướng dẫn sử dụng và bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất về chất khử trùng.

Hóa chất khử trùng được phép sử dụng	Amoni bậc bốn ≤ 0,21% (2.100 ppm)	Cồn isopropyl ≤ 70%	Lớp Phenol ≤ 1,56% (15.600 ppm)	Chất tẩy ≤ 1% (10.000 ppm)	Axit peracetic ≤ 0,25% (2.500 ppm)	Hydro Peroxit ≤ 1,5%
Model Khung nâng Gắn trần Cơ bản và Model Khung nâng Gắn trần Maxi Sky 2 (dây đai sợi nylon)	X	X	X			
Model Khung nâng Kiểm soát Nhiễm trùng Maxi Sky 2 (dây đai không xốp)	X	X	X	X	X	X
Các Phụ kiện khác * và **	X	X	X	X	X	X
Thanh chia tải loại vừa 2 móc (700-05461-BOX) & thanh cáng 4 móc (700-05443)	X	X	X			
Khung Cáng (700-19522) & Cáng morgue (700.05380, 700.05385, 700-05382 & 700-05387)	X	X	X			
DPS (700-19340-BOX) Mở Thủ công	X	X	X	X		
Thanh chia tải loại vừa 2 móc (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
Thanh chia tải loại nhỏ 2 móc (700-19420) & thanh cáng 2 móc cỡ trung (700-19470)	X	X	X	X	X	X
Thanh cáng 4 móc (700-19430) & Khung Cáng (700-15695)	X	X	X	X	X	X
DPS Dẹt Thủ công (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
DPS (700-19480) Mở Thủ công	X	X	X	X	X	X
PDPS (700-19350) cỡ Trung & PDPS (700-19355) cỡ Lớn	X	X	X	X	X	X

* Phần kim loại của đầu nối WCS có thể bám cáu bẩn sau khi tiếp xúc nhiều lần với thuốc tẩy & hydro proxit.

** Thiết bị cầm tay, dây cáp WCS và PDPS có thể bám cáu bẩn sau khi tiếp xúc nhiều lần với thuốc tẩy hoặc hydro proxit.

*** Chất liệu vỏ của model cụ thể này có thể là đệm lót vinyl hoặc nhựa. Nếu là chất liệu vinyl, không sử dụng các chất khử trùng này.

arjo
with people in mind

Vệ sinh và khử trùng trước khi dùng cho bệnh nhân mới.

Phụ kiện cần thiết:

- Găng tay và kính bảo hộ
- Vải dùng một lần

Vệ sinh

1. Sử dụng một miếng khăn thấm nước để lau sạch dư lượng còn sót lại trên khung nâng và các phụ kiện từ trên xuống dưới.
2. Sử dụng một miếng khăn ẩm tẩm nước ấm và dung dịch vệ sinh.
3. Chà xát thiết bị từ trên xuống dưới để lau sạch mọi cáu bẩn.
4. Sử dụng một miếng khăn ẩm sạch để lau sạch mọi dư lượng dung dịch vệ sinh.
5. Sau đó lau sạch lại bằng khăn khô.

Đặc biệt chú ý đến những bộ phận được liệt kê sau đây có thể chứa nhiều bụi bẩn và vi khuẩn nhất:

- Góc cạnh của điều khiển cầm tay
- Mặt sau và tay nắm của điều khiển cầm tay
- Khớp nối giữa thanh chia tải và dây đai
- Khung và mặt ngoài thanh chia tải
- Dây dừng khẩn cấp
- Dây đai

Khử trùng

6. Lau Maxi Sky 2 và các phụ kiện bằng dung dịch chứa một trong các chất khử trùng tương thích.
7. Phương pháp khử trùng phải tuân theo các hướng dẫn của địa phương và quốc gia, tùy thuộc vào Cơ Sở Y Tế hoặc quốc gia sử dụng. Nếu không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia Kiểm soát Nhiễm trùng ở địa phương.