Maxi Sky 2


העברה מתנוחת ישיבה

1



הנח את המתלה סביב למטופל.
למתלה עם תמיכה לראש, ודא שהוא מגיע עד לקצה ראשו של המטופל.


2



קרב את המנוף.
הנח את מוט ההפרדה בגובה הכתפיים ומספיק קרוב כדי להצמיד את רצועות הכתפיים.


3

מתלה תפס




חבר ואבטח את התפס עם הבורג בטרם תרים את המטופל.

מתלה לולאה




הנח את לולאת החיבור על הוו.
ודא שתפס הביטחון סגור.

4




חבר את לולאות החיבור או התפסים למוט ההפרדה.

5




עבור מוט הפרדה ומתלה תפס DPS, הטה את מוט ההפרדה כדי לחבר את התפסים לרגליים.

6




הרם את המטופל.

7



העבר את המטופל.

8



הורד עד שהמתלה רפוי לחלוטין.
נתק את הלולאות או התפסים.

1



הנח את המתלה מתחת למרכז גופו של המטופל.
למתלה עם תמיכה לראש, ודא שהוא מגיע עד לקצה ראשו של המטופל.


2



הצב את המנוף מעל המטופל.


3

מתלה תפס




חבר ואבטח את התפס עם הבורג בטרם תרים את המטופל.

מתלה לולאה




הנח את לולאת החיבור על הוו.
ודא שתפס הביטחון סגור.

4




חבר את לולאות החיבור או התפסים למוט ההפרדה.
חבר את רצועות הכתפיים ואז את רצועות הרגליים.

5




הרם את המטופל.

6




העבר את המטופל.

7



הורד את המטופל במיקומו החדש.


8



כאשר משקל גופו של המטופל נתמך במלואו, נתק את הלולאות או התפסים.

מיקום מחדש - הרמה במיטה


1



הנח את המתלה מתחת למטופל ומקם את המנוף מעל המטופל.


2

מתלה לולאה




הנח את לולאת החיבור על הוו.
ודא שתפס הביטחון סגור.

3




חבר כמה שיותר לולאות מתלה למוט ההפרדה.
התחל עם הלולאות בקצה של הראש.

4



הרם עד שהמותניים נתמכות והמשך למעלה.


5



הורד את המטופל במיקומו החדש ונתק את כל הלולאות.

מיקום מחדש - סיבוב במיטה


1



הנח את המתלה מתחת למטופל ומקם את המנוף מעל המטופל.

2

מתלה לולאה




הנח את לולאת החיבור על הוו.
ודא שתפס הביטחון סגור.

3




חבר כמה שיותר לולאות מתלה מצד אחד של מוט ההפרדה.
התחל עם הלולאות בקצה של הראש.

4



הרם עד שמהטופל מגולגל לתנוחה הרצויה.

5



הורד עד שהמתלה רפוי לחלוטין ונתק את כל הלולאות.


העברת המטופל במצב שכיבה

1



הנח את המתלה מתחת למטופל, וזהה בוודאות את צד הראש של המתלה.


2



הצב את המנוף מעל המטופל.


3

מתלה לולאה




הנח את לולאת החיבור על הוו.
ודא שתפס הביטחון סגור.

4




הורד את מסגרת האלונקה בזהירות וישר את מרכז המסגרת עם טבורו של המטופל.
חבר את כל לולאות המתלה.

5




הרם ותזיז את המטופל מהמיטה.

6




העבר את המטופל.

7



הורד את המטופל במיקומו החדש ונתק את כל הלולאות.

8



הזז את השלד רחוק מהמטופל.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com