簡易参照ガイドー使用方法

Maxi Sky 2


座位姿勢からの患者様の移乗

1




スリングを患者様に装着します。ヘッドサポート付きのスリングの場合、患者様の頭の上まで伸びることを確認してください。

2




リフトに近づきます。スプレッダーバーを、ショルダーストラップを取り付けるのに十分なショルダーレベルに配置します。

3




患者を持ち上げる前に、クリップをラグに取り付けて固定します。




取り付けループをフック上に配置します。安全ラッチが閉じていることを確認してください。

4




スリングループまたはクリップをスプレッダーバーに接続します。

5




DPS（ダイナミックポジションシステム）スプレッダーバーとクリップスリングの場合は、スプレッダーバーを傾けて脚部クリップを取り付けます。

6




患者の上昇。

7



患者様を移動させます。

8



張りがなくなるまで下降させます。
ループまたはクリップを取り外します。

with people in mind

仰臥位姿勢からの患者様の移乗

1




スリングを患者様の下、中心に配置します。ヘッドサポート付きのスリングの場合、患者様の頭の上まで伸びることを確認してください。

2




リフトを患者の上に移動します。

3




患者を持ち上げる前に、クリップをラグに取り付けて固定します。




取り付けループをフック上に配置します。安全ラッチが閉じていることを確認してください。

4




スリングループまたはクリップをスプレッダーバーに接続します。ショルダーストラップを取り付けてから、レッグストラップを取り付けます。

5




患者様を上昇させます。

6




患者様を移動させます。

7



患者様を新しい場所に下降させます。

8



患者様の体重が移乗先で完全に保持されるようになったら、ループまたはクリップを取り外します。

arjo
with people in mind


体位変換 - ベッドでの上昇

1




スリングを患者様の下に敷き、リフトを患者様の上に配置します。

2




取り付けループをフック上に配置します。安全ラッチが閉じていることを確認してください。

3




できるだけ多くのスリングループをスプレッダーバーに取り付けます。頭部先端のループから開始します。

4



腰がサポートされ、上に移動するまで上昇させます。

5



患者様を新しい場所に下降させ、すべてのループを取り外します。


体位変換 - ベッドでの寝返り

1




スリングを患者様の下に敷き、リフトを患者様の上に配置します。

2




取り付けループをフック上に配置します。安全ラッチが閉じていることを確認してください。

3




できるだけ多くのスリングループを片側からスプレッダーバーに取り付けます。頭部先端のループから開始します。

4



患者様が希望の位置に横転するまで上昇させます。

5



張力がなくなるまで下げ、すべてのループを外します。

arjo
with people in mind


仰臥位姿勢での患者様の移乗

1



スリングを患者様の下に置き、スリングの頭部先端を確認してください。


2



リフトを患者の上に移動します。


3

ループ
スリング




取り付けループをフック上に配置します。安全ラッチが閉じていることを確認してください。

4




ストレッチャーフレームを慎重に下降させ、フレームの中心を患者のへそ(中央)に合わせます。すべてのスリングループを取り付けます。

5




患者様を持ち上げ、ベッドから遠ざけます。

6




患者を移乗します。

7



患者様を新しい場所に下降させ、すべてのループを取り外します。

8



フレームを移動して患者から遠ざけます。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind