Maxi Sky 2


Presun z polohy posediačky

1



Umiestnite vak okolo pacienta. V prípade vaku s oporou hlavy sa uistite, že sa nachádza aj pod vrchom hlavy pacienta.


2



Pristúpte k zdvíhaciemu zariadeniu. Závesné rameno umiestnite do úrovne ramien a dostatočne blízko na pripojenie ramenných popruhov.


3

Klipový vak




Pred zdvihnutím pacienta upevnite a zaistite klip k očku.

Pútkový vak




Upevňovacie pútko umiestnite na hák. Uistite sa, že je bezpečnostná západka zatvorená.

4




Pripojte pútka alebo klipy vaku k závesnému ramenu.

5




V prípade závesného ramena DPS a klipového vaku nakloňte závesné rameno a pripojte nožné klipy.

6




Zdvihnite pacienta.

7



Presuňte pacienta.

8



Spúšťajte, kým sa neuvoľní napätie. Odpojte pútka alebo klipy.

with people in mind

Presun z polohy poležiačky

1




Vak umiestnite a jeho stred zarovnajte pod pacienta. V prípade vaku s oporou hlavy sa uistite, že sa nachádza aj pod vrchom hlavy pacienta.

2



Zdvíhacie zariadenie umiestnite nad pacienta.

3




Pred zdvihnutím pacienta upevnite a zaistite klip k očku.




Upevňovacie pútko umiestnite na hák. Uistite sa, že je bezpečnostná západka zatvorená.

4




Pripojte pútka alebo klipy vaku k závesnému ramenu. Pripojte ramenné popruhy a potom nožné popruhy.

5




Zdvihnite pacienta.

6




Presuňte pacienta.

7



Pacienta spustite na nové miesto.

8



Keď je telesná hmotnosť pacienta plne podopretá, odpojte pútka alebo klipy.

arjo
with people in mind

Zmena polohy – presun vyššie na lôžku


1



Vak umiestnite pod pacienta a zdvíhacie zariadenie nad pacienta.


2

Pútkový vak




Upevňovacie pútko umiestnite na hák. Uistite sa, že je bezpečnostná západka zatvorená.

3




K závesnému ramenu pripojte čo najviac pútok vaku. Začnite pútkami na hlavovom konci.

4



Zdvíhajte, kým nebudú podopreté boky, a presuňte ho vyššie.

5



Pacienta spustite na nové miesto a odpojte všetky pútka.

Zmena polohy – zmena polohy na lôžku


1



Vak umiestnite pod pacienta a zdvíhacie zariadenie nad pacienta.


2

Pútkový vak




Upevňovacie pútko umiestnite na hák. Uistite sa, že je bezpečnostná západka zatvorená.

3




Pripojte čo najviac pútok z jednej strany vaku k závesnému ramenu. Začnite pútkami na hlavovom konci.

4



Zdvíhajte, kým sa pacient neprevalí do požadovanej polohy.

5



Spúšťajte, kým sa neuvoľní napätie a potom odpojte všetky pútka.

arjo
with people in mind


Presun pacienta v polohe poležiačky

1



Pod pacienta umiestnite vak, pričom dbajte na orientáciu hlavového konca.


2



Zdvíhacie zariadenie umiestnite nad pacienta.


3

Pútkový vak




Upevňovacie pútko umiestnite na hák. Uistite sa, že je bezpečnostná západka zatvorená.

4




Rám nosidiel opatrne spustite a jeho stred zarovnajte s pásom pacienta. Pripojte všetky pútka vaku.

5




Zdvihnite a preneste pacienta preč od lôžka.

6




Presuňte pacienta.

7



Pacienta spustite na nové miesto a odpojte všetky pútka.

8



Dajte rám preč od pacienta.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind