
간편 참조 안내 - 기능

Citadel 침대 프레임 시스템/환자 치료 시스템

CE 2797


CPR 등받이 해제

등받이가 빨리 내려갈 수 있으므로 손이 끼여서 부상을 입지 않도록 하십시오.




침대 한 쪽에 있는 CPR 손잡이를 잡고 빠르게 등받이를 내립니다.


브레이크와 조종



브레이크
네 바퀴 모두에 브레이크를 걸 수 있습니다.



프리
네 바퀴 모두 자유롭게 회전하면서 선회합니다.




스티어
네 바퀴 모두 회전하지만, 조종 바퀴는 선회하지 않습니다.

침대가 움직이지 않을 때에는 항상 브레이크를 사용해야 합니다.

arjo with people in mind

측면 레일


1



파란색 릴리즈 레버를 당겨 측면 레일을 내립니다.

2


측면 레일이 올라간 위치에 제대로 잠겨 있는지 확인하십시오.



측면 레일을 올려려면, 측면 레일이 올라간 위치에 잠길 때까지 측면 레일 손잡이를 잡고 측면 레일을 침대에서 멀리 위로 당깁니다.


침대 길이 조정(설정 위치 두 곳)

1




파란색 확장 잠금 손잡이(A)를 당깁니다. 원하는 위치로 침대 프레임(B)을 당긴 후 손잡이를 놓습니다.

2



파란색 확장 캐치바(A)를 들어올리고 크로스바(B)의 중간을 잡을 후 매트리스를 원하는 위치(C)로 당깁니다.

공기 매트리스 길이 확장



확장 플랩을 발 끝부분에 위치시킵니다. 플랩(A)을 들어올려 두 개의 커넥터 세트(B)에 접근합니다. 커넥터를 연결하여 다리 섹션에 있는 확장 쿠션을 팽창시킵니다.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind