
CE 2797

نظام معالجة المرضى Citadel



زر التشغيل/إيقاف التشغيل
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

زر كتم صوت/إلغاء التنبيه
اضغط لإلغاء مؤشر التنبيه أو إقراره.

زر القفل
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتنشيط قفل جميع الوظائف أو إلغاء تنشيطها.

زر خفض المقعد
اضغط عليه لتنشيط خفض المقعد أو إلغاء تنشيطه.

المؤشر السفلي للقضيب الجانبي
يُعطي إشارة عند انخفاض القضبان الجانبية اليمنى أو اليسرى.

زر خفض الرأس
اضغط عليه لتنشيط خفض الرأس أو إلغاء تنشيطه.

مؤشر زاوية فاولر
يعرض إشارة عندما تزيد زاوية فاولر عن ٣٠ درجة مئوية.

زر المرتبة الثابتة
اضغط عليه لتنشيط وظيفة المرتبة الثابتة أو إيقاف تنشيطها.

مؤشر التنبيه
يظهر عند وجود حالة تنبيه.

زر نقل المريض
اضغط عليه لتنشيط نقل المريض أو إيقاف تنشيطه.

التحريك



زر تحريك المريض يمينًا (بمساعدة الممرضة)
اضغط عليه لتدوير المريض بزاوية ٢٠ درجة مئوية إلى يمينه.



زر تمركز المريض
اضغط عليه للعودة من الوضع المقلوب إلى الوضع المسطح.




زر تحريك المريض يسارًا (بمساعدة الممرضة)
اضغط عليه لتدوير المريض بزاوية ٢٠ درجة مئوية إلى يساره.




زر وقت الانتظار لتحريك المريض باستمرار (ضبط اختياري)
اضغط لبدء التحريك المستمر للمريض.

أدوات تحكم ضبط ضغط الهواء




الإعدادات المسبَّقة للوزن/الطول
اضغط على الزر لتحديد نوع جسم المريض والوزن.



مؤشرات منطقة الضغط
اضغط على أسهم الاتجاه لأعلى لزيادة الضغط.
اضغط على أسهم الاتجاه لأسفل لتقليل الضغط.

معالجة تناوب الضغط/النبض (اختياري)





زر معالجة تناوب الضغط/النبض
اضغط عليه لضبط كثافة معالجة النبض.



زر زمن دورة تناوب النبض/الضغط
اضغط عليه لتحديد زمن دورة النبض.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com