

Citadel 床架一体系统

CE 2797

护理控制面板




护士控制面板



患者手持控制器



患者控制面板



电源接通指示灯
开机时绿灯亮起。

电池状态 LED 指示灯

- 已充满电
- 充电
- 已放电

防卡夹系统 (AES) 指示灯
红灯亮起：AES 系统已被激活，在床架下降之前需要清除障碍物。

床板高度
按此按钮可升高和降低床板。

背板角度
按此按钮可升高和降低靠背。

大腿板 – 按此按钮可升高和降低大腿板。

小腿板
按此按钮可升高和降低小腿板。

头低脚高
按此按钮可降低床板的头端。

头高脚低
按此按钮可降低床板的脚端。

CPR 体位
按此按钮可将床垫平台放平。

功能锁定
按下按钮，然后按下所选的护理控制面板 (ACP) 按钮以锁定或解锁功能。
黄灯表示已锁定。

arjo with people in mind

Auto-Chair
按住此按钮保持座椅位置(只适用于护士控制面板)。

下调 Auto-Chair
按住按钮回到水平位置(只适用于护士控制面板)。

床底灯
(只适用于护士控制面板)。

护士呼叫
按此按钮可请求帮助(仅在选定的型号上有效)。

阅读灯
按此按钮可开灯(仅在选定的型号上有效)。

阅读灯打开/关闭
(仅在选定的型号上有效)。

声音打开/关闭(静音)
(仅在选定的型号上有效)。

降低音量
(仅在选定的型号上有效)。

增加音量
(仅在选定的型号上有效)。


下调频道
(仅在选定的型号上有效)。


上调频道
(仅在选定的型号上有效)。

电视打开/关闭
(仅在选定的型号上有效)。

隐藏字幕打开/关闭
(仅在选定的型号上有效)。

称重器控制面板





称重器板(取决于国家/地区的不同)

归零
首次设置病床和新患者使用之前按下此按钮可重置称重系统。

自动补偿(皮重)
在不影响患者体重的情况下按此按钮可从床上添加或移除物品。

称重
按此按钮可显示重量。

选择重量显示
按此按钮以精确到 100g 或 500g 的格式显示患者体重。

选择单位
按此按钮可选择称重单位。

患者离床监测阈值
显示患者活动选定灵敏度的指示器。



卧床
按此按钮可重新激活或激活患者活动检测并增加灵敏度。

离床
按此按钮可重新激活或激活患者活动检测并降低灵敏度。

VariZone™ 静音按钮
按此按钮会将离床报警静音三分钟。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind