Citadel Patienten-Therapiesystem

CE 2797

Vorbereitung für die Lagerung/Umlagerung des Patienten

1



Arretieren Sie die Lenkrollenbremsen des Bettrahmens.

2



Verlängern Sie erforderlichenfalls den Rahmen und die Matratze.

3

Halten sie die Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld zwei Sekunden lang gedrückt, um die Luftzufuhr zum Gerät zu aktivieren.

4



Patientenliegefläche waagerecht ausrichten.

5

Drücken Sie die Taste „harte Matratze“, um die Matratze aufzublasen.

6



Fügen Sie Kissen, Decken und andere Hilfsmittel hinzu.

7



Anfangsluftdruck einstellen: Drücken Sie die Taste für die Voreinstellungen für Größe und Gewicht und wählen Sie das Patientenprofil.

Lagerung des Patienten



Drücken Sie die Einstelltasten für die Druckzonen, um den Druck der Matratze anzupassen.

Die „Aufwärts“-Pfeile, um den Druck zu erhöhen und die „Abwärts“-Pfeile, um den Druck zu senken.

Umlagerung des Patienten vom Citadel Patienten-Therapiesystem

1



Patientenliegefläche waagerecht ausrichten.

2



Stellen Sie die Patienten-liegefläche auf der gleichen Höhe wie die Transferfläche ein.

3



Ziehen Sie an beiden Geräten die Bremsen an.

4



Klappen Sie die Sicherheitsseiten herunter.

5

Lagern Sie den Patienten um (unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und Richtlinien der Einrichtung).

6

Wenn der Patient nicht zurückkehren sollte, halten Sie zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld zwei Sekunden lang gedrückt.

arjo with people in mind

Patiententransport

1

Betätigen Sie die Taste „Patiententransport“, um die Luftdruckmatratze geringfügig über den eingestellten Wert aufzupumpen.

2



Nachdem ein akustisches Signal ertönt und die Anzeige der Transporttaste grün leuchtet, ziehen Sie den Netzstecker und wickeln Sie das Kabel auf den Haken am Kopfende.

3



Hängen Sie Infusionsbeutel für den Patienten an Infusionsständer und stecken sie dann in eine der Halterungen (A) ein, die sich an allen vier Ecken des Rahmens befinden.

4



Klappen Sie die Sicherheitsseiten nach oben.

5



Lösen Sie die Bremsen.

6



Transportieren Sie den Patienten unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und Richtlinien der Einrichtung.

7

Arretieren Sie nach dem Patiententransport die Lenkrollenbremsen des Bettrahmens und schließen Sie das Netzkabel umgehend an die Wandsteckdose an.

8

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Steuereinheit der Matratze ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um die Steuereinheit auszuschalten.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind