Citadel 病患治療系統與床架系統

CE 2797

應每週進行清潔消毒，在讓新的病患使用前亦然。

Citadel 系統日常清潔

日常保養與清潔的工作，包含擦所有表面與床邊護欄。

1. 針對使用中之具有護理效果的床墊，請遵照保養與清潔說明執行。
2. 請盡量在清潔前將病患從床上移走。
3. 請將 Citadel 系統的插頭從牆上插座拔除。
4. 檢查電源線是否有磨損或損壞的現象。不應使用磨損或受損的電線來操作 Citadel 系統。
5. 將抹布以溫肥皂水或經認可之醫院消毒劑浸濕，將表面擦乾淨。
6. 用沾水的抹布清洗。
7. 再度使用前，先讓所有零件完全晾乾。
8. 在使用前，檢查所有零件是否受損。
9. 請將 Citadel 系統的插頭插入牆上插座。

不同病患之間對 Citadel 系統進行清潔與消毒

清潔

1. 將床墊與所有配件自病床上移除。
2. 清潔前應移除病床上的床頭板、床尾板與床板。
3. 將一塊拋棄式抹布，以溫水和中性清潔劑沾濕，並使用此抹布清潔所有表面。
4. 先清潔上方部分，並沿著所有水平表面進行清潔作業。朝床的下方部分進行清潔，最後清潔腳輪。請特別留意可能卡住灰塵或髒污的區域。
5. 用一塊新的拋棄式抹布以乾淨的水沾濕擦過，再用拋棄式紙巾擦乾。
6. 晾乾已清潔部分。

消毒

7. 清潔病床後，利用有效氯 1,000 ppm (0.1%) 濃度的二氯異氰尿酸鈉 (NaDCC) 擦拭所有表面。

   如有體液積聚（例如血液）的情況，NaDCC 的濃度應提高到有效氯 10,000 ppm (1%)。
8. 用一塊新的拋棄式抹布以乾淨的水沾濕擦過，再用拋棄式紙巾擦乾。
9. 把床墊放回床上。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.CT.02ZH-t_01 • 06/2020

arjo with people in mind