
Sara Combilizer


Ράβδος προστασίας από παγίδευση



Ωθήστε προς τα κάτω τη ράβδο προστασίας από παγίδευση για να σταματήσει αυτόματα κάθε κίνηση προς τα κάτω.

Κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης

1



Πατήστε το κουμπί(-ά) διακοπής έκτακτης ανάγκης για να διακόψετε κάθε τροφοδοσία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

2

Ενεργοποίηση: Πιέστε προς τα κάτω.




Απενεργοποίηση: Περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να επανέλθει στη θέση του.




Πλαίσιο λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης

1




Βρίσκεται στο κατώτερο πλαίσιο (στη δεξιά πλευρά).

2



Ανοίξτε το κάλυμμα.


3



Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας (**A**) και ταυτόχρονα ένα από τα παρακάτω κουμπιά.
- **Επάνω**: Ανύψωση του Sara Combilizer (**B**).
- **Κάτω**: Χαμήλωμα του Sara Combilizer (**C**).
- **Φορείο**: Αλλαγή από θέση καρέκλας σε θέση φορείου (**D**).


Λειτουργία απελευθέρωσης τράπεζας κλίσης

1



Γρήγορο χαμήλωμα του ασθενούς από την καθιστή σε οριζόντια θέση. Μπορεί να χρειαστούν δύο φροντιστές.

2




Κουμπί απελευθέρωσης τράπεζας κλίσης (**A**). Ετικέτα διαδικασίας χαμηλώματος (**B**).

with people in mind


Τρόπος χρήσης της λειτουργίας απελευθέρωσης τράπεζας κλίσης

1

Εφαρμόστε τα φρένα στο Sara Combilizer




2




Μην ενεργοποιήσετε τη ράβδο προστασίας από παγίδευση (**A**) ή τα κουμπιά έκτακτης ανάγκης (**B**).

3




Διασφαλίστε ότι η κεφαλή του ασθενούς στηρίζεται στο μαξιλάρι κεφαλής ή το στρώμα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

4




Πιέστε τη λαβή μεταφοράς (**A**). Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης τράπεζας κλίσης (**B**) έως ότου ακουστεί ένα «κλικ». Αρχίζει να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα (μπιπ).

5




Τοποθετήστε και τα δύο χέρια σταθερά επάνω στη λαβή μεταφοράς. Για καλύτερη υποστήριξη, κρατήστε το ένα πόδι στη δοκό του πλαισίου.

6




Τραβήξτε την τράπεζα κλίσης προς τα κάτω μέχρι να επιτευχθεί η οριζόντια θέση. Για υποστήριξη, κρατήστε το ένα πόδι στη δοκό του πλαισίου.

7




Πιέστε το φορείο προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει το ηχητικό σήμα (μπιπ). Το Sara Combilizer έχει ασφαλίσει σε οριζόντια θέση σε Κανονική λειτουργία.

8



Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το ύψος του φορείου.

9



Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση Trendelenburg.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind