
Sara Combilizer


Becsípődésvédő léc



A becsípődésvédő léc lenyomására minden lefelé irányuló mozgás automatikusan leáll.

Vészleállító gombok

1



A vészleállító gomb(ok) megnyomásával megszakíthatja az elektromos komponensek áramellátását.

2

Aktiválás:
Nyomja meg.




Deaktiválás:
Forgassa jobbra, amíg ki nem ugrik.




Vészfunkciós egység

1




Az alsó kereten található (jobboldalt).

2



Nyissa ki a burkolatot.


3



Nyomja meg a főkapcsolót (**A**) és vele egy időben egy további gombot.
- **Fel**: a Sara Combilizer emelése (**B**).
- **Le**: a Sara Combilizer leeresztése (**C**).
- **Hordágy**: átváltás szék pozícióról hordágy pozícióra (**D**).


Billenőasztal-kioldó funkció

1



A beteg gyors leeresztése álló helyzetből vízszintes helyzetbe. Két ápolóra lehet szükség.

2




Billenőasztal-kioldó gomb (**A**).
A leeresztési eljárás címkéje (**B**).

with people in mind


A billenőasztal-kioldó funkció használata

1

Fékezze be a Sara Combilizert




2




Ne aktiválja a becsípődésvédő lécet (**A**) vagy a vészleállító gombokat (**B**).

3




A beteg fejének a folyamat végéig a párnára vagy matracra kell támaszkodnia.

4




Nyomja le a szállítófogantyút (**A**). Nyomja a billenőasztal-kioldó gombot (**B**), amíg kattanást nem hall. Sípolás szólal meg.

5




Mindkét kezével szilárdan fogja meg szállítófogantyút. A stabilitás érdekében tartsa egyik lábát a váz gerendáján.

6




Húzza le a billenőasztalt teljesen vízszintes helyzetbe. A stabilitás érdekében tartsa egyik lábát a váz gerendáján.

7




Nyomja le hordágyat, amíg a sípolás le nem áll. A Sara Combilizer vízszintes helyzetben, normál üzemmódban rögzül.

8



Szükség esetén módosítsa hordágy magasságát.

9



Szükség esetén állítsa be a beteget Trendelenburg-pozícióba.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind