
Sara Combilizer


Drog za zaščito pred ukleščenjem



Drog za zaščito pred ukleščenjem pritisnite navzdol, da se samodejno ustavi vsak premik navzdol.

Gumbi za zasilno zaustavitev

1



Pritisnite gumb(e) za zasilno zaustavitev, da prekinete napajanje vseh električnih komponent.

2

Vklop:
Potisnite dol.




Izklop:
Obrnite v smerni urnega kazalca, da izskoči nazaj.




Omarica zasilnih funkcij

1




Nahaja se na spodnjem okvirju (desna stran).

2



Odprite pokrov.


3



Hkrati pritisnite glavno stikalo (**A**) in enega od spodnjih gumbov.
- **Gor**: Dvignite pripomoček Sara Combilizer (**B**).
- **Dol**: Spustite pripomoček Sara Combilizer (**C**).
- **Ležišče**: Sprememba položaja stola v položaj ležišča (**D**).


Funkcija za sprostitev nagibne mize

1



Hitro spuščanje bolnika iz stoječega v ležeči položaj.
Morda bosta potrebna dva negovalca.

2




Gumb za sprostitev nagibne mize (**A**).
Oznaka postopka znižanja (**B**).

with people in mind


Uporaba funkcije za sprostitev nagibne mize

1

Aktivirajte zavore na pripomočku Sara Combilizer




2




Ne vključujte droga za zaščito pred ukleščenjem (**A**) ali gumbov za zasilno zaustavitev (**B**).

3




Glava oskrbovanca naj bo med celotnim postopkom na blazini ali vzmetnici.

4




Potisnite transportni ročaj (**A**). Pridržite gumb za sprostitev nagibne mize, (**B**) dokler ne slišite klika. Slišali boste piskanje.

5




Z obema rokama močno primite transportni ročaj. Za boljšo oporo držite eno nogo na spodnjem delu ogrodja.

6




Povlecite nagibno mizo navzdol v vodoraven položaj. Za oporo držite eno nogo na spodnjem delu ogrodja.

7




Ležišče potiskajte dol, dokler se piskanje ne ustavi. Pripomoček Sara Combilizer je zaklenjen v vodoravnem položaju v normalnem načinu.

8



Po potrebi prilagodite višino ležišča.

9



Če je potrebno, oskrbovanca posedite v Trendelenburgov položaj.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind