
Sara Combilizer


Lišta na ochranu proti skřípnutí



Zatlačte dolů lištu na ochranu proti skřípnutí, aby se automaticky zastavil sestupný pohyb.

Tlačítka nouzového zastavení

1



Stiskněte tlačítko(a) nouzového zastavení pro přerušení přívodu veškeré energie do všech elektrických komponentů.

2

Aktivace:
Zatlačte dolů.




Deaktivace:
Otáčejte ve směru chodu hodinových ručiček, dokud opět nevyskočí.




Nouzový box

1




Nachází se na spodním rámu (na pravé straně).

2



Otevřete kryt.


3



Stiskněte hlavní vypínač (**A**) současně s jedním z dalších tlačítek.
- **Nahoru**: Zvedněte zařízení Sara Combilizer (**B**).
- **Dolů**: Spusťte zařízení Sara Combilizer (**C**).
- **Lehátko**: Změna z židle do polohy lehátko (**D**).


Funkce uvolnění sklonu stolu

1



Rychlé spuštění pacienta/klienta ze stoje do horizontální polohy. Mohou být zapotřebí dva ošetřovatelé.

2




Tlačítko uvolnění náklonu (**A**).
Štítek s postupem spouštění (**B**).

with people in mind


Jak používat funkci uvolnění sklonu stolu

1

Zabrzděte zařízení Sara Combilizer




2




Neaktivujte lištu na ochranu proti skřípnutí (**A**) ani tlačítka nouzového zastavení (**B**).

3




Dbejte na to, aby v průběhu celého procesu hlava pacienta/klienta spočívala na polštáři nebo matraci.

4




Zatlačte na přepravní rukojeť (**A**). Stiskněte tlačítko uvolnění náklonu (**B**), dokud neuslyšíte cvaknutí. Ozve se opakované pípnutí.

5




Obě ruce položte pevně na přepravní rukojeť. Pro zajištění lepší opory opřete jednu nohu o nosník podvozku.

6




Nakloněný stůl táhněte dolů, dokud není v plně horizontální poloze. Pro lepší oporu opřete jednu nohu o nosník podvozku.

7




Lehátko tlačte dolů, dokud opakované pípnutí nepřestane. Zařízení Sara Combilizer je uzamčeno v horizontální pozici v běžném režimu.

8



Podle potřeby upravte výšku lehátka.

9



Podle potřeby umístěte pacienta/klienta do pozice Trendelenburg.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind