
CE 2797


Citadel Plus

تحرير مسند الظهر لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)




اسحب مقبض الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) الموجود على أي من جانبي السرير لخفض مسند الظهر بسرعة.


المكابح والتوجيه



الفرامل
يتم تشغيل الفرامل في جميع العجلات الأربع.



حرية الحركة
يتم تحرير جميع العجلات الأربع بما يتيح لها الدوران والتمحور.




التوجيه
بإمكان جميع العجلات الأربع أن تدور ولا يُمكن لعجلات التوجيه أن تتمحور.

يتعيّن تشغيل الفرامل في جميع الأوقات عندما يكون السرير ثابتًا.

القضبان الجانبية


تأكد من تعشيق آلية القفل بشكل آمن عند رفع القضبان الجانبية.



اسحب ذراع التحرير الأزرق لخفض القضيب الجانبي.
لرفع القضيب الجانبي، قم بإمساك مقبض القضيب الجانبي واسحبه لأعلى وبعيدًا عن السرير حتى يُقفل في الوضع المرفوع.


ضبط طول السرير (ثلاثة أوضاع محددة)

١




اسحب مقبض قفل التمديد الأزرق.

٢




اسحب إطار السرير إلى الوضع المطلوب ثم حرر المقبض.

٣



اسحب مقبض التمديد الأزرق.


٤



اسحب السطح إلى الوضع المطلوب.


تعديل عرض السرير

١



قم بوضع مزالج تمديد العرض الموجودة خلف رمز التمديد (أربعة في كل جانب).

٢



اضغط على مزلاج التمديد لفتحه ثم اسحب القسم حتى يتمدد بالكامل.

٣

تأكد من تكرار هذا الإجراء لكل مزالج التمديد.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com