
Auralis


CE 2797

Salieciet virsmatraci vai rezerves matraci un piepumpējiet

1



- cauruļu komplekts kājgalī
- KPR galvgalī
- kameras vērstas augšup



Virsmatracis:
uzlieciet uz pamata matrača.

Nostipriniet ar 4 fiksējošām siksnām.

Rezerves matracis:
nolieciet uz gultas pamatnes.


Pie gultas rāmja kustīgajām daļām pievienojiet 8 fiksējošās siksnas.

2




Pāri matracim uzvelciet aizsargapvalku. Kājgalī redzams Arjo logotips.

3




KPR bloks tiek ieklikšķināts slēgtā stāvoklī.

4




Gultas kājgalī uzkariniet sūkni.

5



Pievienojiet cauruļu komplektu.

6



Kabeli ievietojiet kabeļu turētājā. Aizveriet kabeļu turētāju, nospiežot tapiņas.

Strāvas kabeli iespraudiet strāvas avota ligzdā.

Salieciet sēdekļa spilvenu un piepumpējiet


1



Sēdekļa spilvens:


nolieciet uz krēsla virsmas.

Piestiprināšanai izmantojiet fiksējošās siksnas.



- kameras vērstas augšup
- cauruļu komplekts labajā priekšējā stūrī
- kameras horizontāli pāri krēslam, V veidā uz priekšu

2




Sūkni nolieciet uz grīdas, kabeli zem krēsla, cauruļu komplekts novietots gar krēslu.

Pievienojiet cauruļu komplektu.

Strāvas kabeli iespraudiet strāvas avota ligzdā.

Sistēmas Auralis palaišana

1



Kad sūknis ir pievienots strāvas avotam, tas veic pašpārbaudi: skaņas signāls — 10 sekundes — 2 skaņas signāli — gatavs lietošanai.

Turiet nospiestu darbības/gaidīšanas režīma pogu.

Izgaismosies šādi indikatori:

- Darbības/gaidīšanas režīms
- Nogaidīšanas indikators
- Mainīgā režīma poga
- Komforta līmeņa regulēšanas indikators
- Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
- Zaļie indikatori sūkņa priekšpusē

2



Kad nodziest nogaidīšanas indikators, uz matrača uzklājiet palagu. Pārliecinieties, ka KPR ātrās gaisa izlaišanas ierīce redzama skaidri.


Pacientu iekārtojiet uz matrača vai sēdekļa spilvena.

Pēc noklusējuma iestatīts mainīgais režīms.


arjo with people in mind

KPR ātrās gaisa izlaišanas ierīce

1




Aktivizējiet: reizē nospiediet abas KPR atbrīvošanas pogas.



Pārliecinieties, ka priekšējā daļa ir atvērta.

Gaiss izplūst 15 sekundēs.


2



Atiestatiet: nospiediet atvērto daļu, līdz tā ar klikšķi nofiksējas slēgtā pozīcijā.

Autofirm režīms

1



Aktivizējiet: turiet nospiestu pogu. Komforta indikatori mirgo, matracis piepūšas līdz Autofirm.

2



Spiediens sasniegts — Autofirm un komforta līmeņa indikatori iedegas nemirgojot.

3



Deaktivizējiet: turiet nospiestu pogu vai atlasiet citu režīmu.



Pagariniet: nospiediet pogu, lai pagarinātu par 5 minūtēm. Maks. 30 min. Ja pagarināšana nenotiek, sūknis atgriežas iepriekšējā režīmā.

Mainīgais režīms, noklusējuma iestatījums

1



Aktivizējiet:
Nospiediet pogu; izgaismojas mainīgā režīma indikators.

Blakus kameras piepūšas un izlaiž gaisu 10 minūšu ciklā.

2




Deaktivizējiet:
atlasiet Reactive CLP vai Autofirm režīmu.

Ja terapija vairs nav nepieciešama, pacientu noceliet no virsmas un izslēdziet sūkni.

Reactive CLP režīms

1



Aktivizējiet:
turiet nospiestu pogu.

Izgaismojas Reactive CLP režīma indikators.

2




Deaktivizējiet:
atlasiet mainīgo režīmu vai Autofirm režīmu.

Ja terapija vairs nav nepieciešama, pacientu noceliet no virsmas un izslēdziet sūkni.


Transportēšanas režīms (tikai matračiem)

1



Aktivizējiet:
reizē piespiediet sānu pogas un noņemiet cauruļu komplektu. Matracis atbalsta pacientu 12 stundas.

2



Deaktivizējiet:
atkal pievienojiet cauruļu komplektu. Sūknis pārslēdzas atpakaļ iepriekšējā režīmā.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind