
Auralis


CE 2797

Matrasoplegger of matrasvervanger en pomp monteren

1



- slangenset aan voeteneinde
- CPR aan hoofdeinde
- cellen wijzen omhoog



Matrasoplegger:
Plaats boven op de basismatras.

Zet vast met 4 fixatiebanden.

Matrasvervanger:
Plaats op het bed.


Bevestig de 8 bevestigingsbanden aan de bewegende delen van het bedkader.

2




Rits de beschermende hoes over de matras. Arjo-logo zichtbaar aan voeteneinde.

3




De CPR-eenheid wordt in de gesloten positie vastgeklikt.

4




Hang de pomp aan het voeteneinde van het bed.

5



Sluit de slangenset aan.

6




Plaats kabel in het kabelmanagement.
Sluit de klep rondom de kabel met de drukknoppen.

Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.

Zitkussen en pomp monteren


1



Zitkussen:


Plaats op de stoel.

Gebruik de bevestigingsbanden om vast te maken.



- cellen wijzen omhoog
- slangenset aan rechtervoorhoek
- cellen horizontaal over stoel, V-vorm richting voorkant

2




Plaats pomp op de vloer, kabel onder de stoel, slangenset langs de stoel.

Sluit de slangenset aan.

Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.

Het Auralis-systeem starten

1



Houd de knop Aan/Stand-by ingedrukt.

De volgende indicatielampjes branden:

- Aan/Stand-by
- Wacht-indicatielampje
- Knop Alternerende modus
- Comfort-bedieningsindicatielampje
- Batterijlaadindicator
- Groene indicatielampjes aan de voorkant van de pomp

De pomp voert een zelftest uit wanneer hij op een voedingsbron wordt aangesloten. Pieptoon – 10 seconden – 2 pieptonen – klaar voor gebruik.

2



Plaats een bedlaken op de matras als het Wacht-indicatielampje uit is gegaan. Zorg dat de CPR snelle ontluchtingseenheid duidelijk zichtbaar is.


Plaats de zorgvrager op de matras of het zitkussen.

De Alternerende modus is standaard ingesteld.


arjo
with people in mind

CPR snelle ontluchtingseenheid

1




Activeren: Druk beide CPR-ontkoppelingsknoppen gelijktijdig in.



Zorg dat het voorgedeelte open is.

De lucht wordt binnen 15 seconden verwijderd.


2



Resetten:
Druk het open gedeelte omlaag totdat het in de gesloten positie vastklikt.

AutoFirm-modus

1



Activeren: Houd de knop ingedrukt.
Comfort-indicatielampjes knipperen en matras wordt opgeblazen tot AutoFirm.

2



Druk bereikt – AutoFirm- en Comfort-indicatielampjes gaan constant branden.

3



Deactiveren: Houd de knop ingedrukt of selecteer een andere modus.



Verlengen:
Druk de knop in om de tijd met 5 minuten te verlengen. Max. 30 min.
Als de tijd niet wordt verlengd, keert de pomp terug naar de vorige modus.

Alternerende modus, standaardinstelling

1



Activeren:
Druk de knop in. Het indicatielampje voor Alternerende modus gaat branden.

Aangrenzende cellen worden in een cyclus van 10 minuten opgeblazen en leeggemaakt.

2




Deactiveren:
Selecteer de modus Reactieve CLP of AutoFirm.

Als er geen verdere behandeling nodig is, verwijdert u de zorgvrager van het oppervlak en schakelt u de pomp uit.

Reactieve CLP-modus

1



Activeren:
Houd de knop ingedrukt.

Het indicatielampje voor Reactieve CLP-modus gaat branden.

2




Deactiveren:
Selecteer de Alternerende modus of de AutoFirm-modus.

Als er geen verdere behandeling nodig is, verwijdert u de zorgvrager van het oppervlak en schakelt u de pomp uit.


Modus Transport (uitsluitend matrassen)

1



Activeren:
Druk de zijknoppen gelijktijdig in en verwijder de slangenset. De matras ondersteunt de zorgvrager tot 12 uur lang.

2



Deactiveren:
Sluit de slangenset opnieuw aan. De pomp keert terug naar de vorige modus.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind