Auralis

CE 2797

Szükséges tartozékok:

- Szórófejes palack fertőtlenítőoldattal (70%-os alkoholos vagy klóros oldat, max. 10 000 ppm)
- Semleges tisztítószer (tisztítóoldat)
- Szórófejes palack vízzel
- Kendők

Betegek között, illetve a használat során rendszeres időközönként tisztítsa és fertőtlenítse a terméket.

FIGYELMEZTETÉS
Az áramütés elkerülése érdekében tisztítás és ellenőrzés előtt mindig válassza le a kompresszort az áramforrásról.

Mindig olvassa el a fertőtlenítőszer használati útmutatóját és biztonsági adatlapját.

A szem- és bőrirritáció elkerülése érdekében a fertőtlenítést soha ne végezze a beteg jelenlétében.

Előkészítés

1. Válassza le a kompresszort a matracról vagy üléspárnáról.
2. Kapcsolja ki a kompresszort, és válassza le az áramforrásról.

A kompresszor tisztítása

3. Töröljön le minden lerakódást és látható szennyeződést a következőkről tiszta kendő és tisztítóoldat segítségével:
   - fő készülékház
   - membrán
   - címkék
   - függesztőelemek
4. Azokat a részeket, ahol még maradt szennyeződés, újra tisztítsa meg a tisztítóoldattal.
5. Víz és egy új kendő segítségével törölje le a tisztítóoldat nyomait, majd törölje szárazra a felületet.

A kompresszor fertőtlenítése

6. Permetezzen fertőtlenítőoldatot egy száraz kendőre, és juttasson az oldatból a teljes felületre.
7. Hagyja hatni a fertőtlenítőoldatot.
8. Víz és egy új kendő segítségével törölje le a fertőtlenítőoldat nyomait.
9. Törölje szárazra a felületet.

arjo with people in mind

A matrac és az üléspárna tisztítása

10. Permetezzen tisztítóoldatot a matrac vagy üléspárna felső huzatára, és töröljön le minden szennyeződést tiszta kendővel.
11. Azokat a részeket, ahol még maradt szennyeződés, újra tisztítsa meg a tisztítóoldattal, mielőtt folytatná az eljárást.
12. Víz és egy új kendő segítségével törölje le a tisztítóoldat nyomait, majd száraz kendővel törölje le a fölösleges nedvességet.
13. Szükség esetén tisztítsa meg a matrac vagy üléspárna belső részét. Cipzározza le a felső huzatot, hogy hozzáférjen a belső komponensekhez.
14. Permetezzen tisztítóoldatot egy száraz kendőre, és törölje le a következőket:
    - cellák
    - alsó huzat
    - szíjak
15. Víz és egy új kendő segítségével törölje le a tisztítóoldat nyomait, majd törölje szárazra a felületet.

A matrac és az üléspárna fertőtlenítése

16. Permetezzen fertőtlenítőoldatot egy száraz kendőre, és juttasson az oldatból a matrac vagy üléspárna felső huzatának teljes külső részére.
17. Hagyja hatni a fertőtlenítőoldatot.
18. Víz és egy új kendő segítségével törölje le a fertőtlenítőoldat nyomait.
19. Törölje szárazra a felületet.
20. Hagyja megszáradni a matrac vagy üléspárna felső huzatát.
21. Szükség esetén fertőtlenítse a matrac vagy üléspárna belső részét. Cipzározza le a felső huzatot, hogy hozzáférjen a belső komponensekhez.
22. Permetezzen fertőtlenítőoldatot egy száraz kendőre, és juttasson belőle az összes belső komponens teljes felületére.
23. Hagyja hatni a fertőtlenítőoldatot.
24. Víz és egy új kendő segítségével törölje le a fertőtlenítőoldat nyomait.
25. Törölje szárazra a felületet.
26. Hagyja megszáradni a belső komponenseket, mielőtt újra felerősítené a matracra a felső huzatot.
27. Szükség esetén a matrac vagy üléshuzat szíjait és alaplemezét is meg kell tisztítani a fenti módszerrel. A hozzáférés megkönnyítése érdekében csatolja szét a szíjakat.