Auralis

CE 2797

Accesorii necesare:

- recipient pulverizator cu soluție dezinfectantă (fie soluție cu alcool 70%, fie soluție cu clor până la 10.000 ppm);
- detergent neutru (soluție de curățare);
- recipient pulverizator cu apă;
- lavete.

Curățați și dezinfectați după fiecare pacient și periodic pe durata utilizării.

AVERTISMENT
Pentru a evita pericolul de electrocutare, deconectați întotdeauna pompa de la sursa de alimentare înainte de curățare și examinare.

Citiți întotdeauna instrucțiunile de utilizare și fișa de date de siguranță pentru dezinfectant.

Pentru a evita iritarea ochilor și a pielii, nu dezinfectați niciodată în prezența unui pacient.

Pregătirea

1. Deconectați pompa de la saltea sau de la perna pentru șezut.
2. Opriți pompa și deconectați-o de la sursa de alimentare.

Curățarea pompei

3. Folosiți o lavetă curată și soluție de curățare, apoi ștergeți pentru a îndepărta depunerile sau murdăria vizibilă de pe:
   - husa principală;
   - membrană;
   - etichete;
   - suporturile de suspendare.
4. Zonele pe care au rămas urme de murdărie trebuie curățate din nou cu soluție de curățare.
5. Cu apă și cu o lavetă curată, ștergeți toate urmele de soluție de curățare, apoi ștergeți cu o lavetă uscată.

Dezinfectarea pompei

6. Pulverizați soluție dezinfectantă pe o lavetă uscată și aplicați pe toate zonele.
7. Lăsați timp pentru dezinfectare.
8. Cu apă și cu o lavetă curată, ștergeți toate urmele de soluție dezinfectantă.
9. Ștergeți apoi cu o lavetă uscată.

arjo
with people in mind

Curățarea saltelei sau a pernei pentru șezut

10. Pulverizați soluție de curățare pe toate zonele externe ale huselor superioare ale saltelei sau pernei pentru șezut, apoi ștergeți murdăria cu o lavetă curată.
11. Zonele pe care au rămas urme de murdărie trebuie curățate din nou cu soluție de curățare înainte de a continua.
12. Cu apă și cu o lavetă curată, ștergeți toate urmele de soluție de curățare, apoi, cu o lavetă uscată, ștergeți excesul de umezeală.
13. Dacă este necesar, curățați interiorul saltelei sau al pernei pentru șezut. Desfaceți fermoarul husei superioare pentru a avea acces la componentele din interior.
14. Pulverizați soluție de curățare pe o lavetă uscată, apoi ștergeți:
    - celulele;
    - husa inferioară;
    - curelele.
15. Cu apă și cu o lavetă curată, ștergeți toate urmele de soluție de curățare, apoi ștergeți cu o lavetă uscată.

Dezinfectarea saltelei sau a pernei pentru șezut

16. Pulverizați soluție dezinfectantă pe o lavetă uscată și aplicați pe toate zonele externe ale huselor superioare ale saltelei sau pernei pentru șezut.
17. Lăsați timp pentru dezinfectare.
18. Cu apă și cu o lavetă curată, ștergeți toate urmele de soluție dezinfectantă.
19. Ștergeți apoi cu o lavetă uscată.
20. Lăsați husa superioară a saltelei sau a pernei pentru șezut să se usuce la aer.
21. Dacă este necesar, dezinfectați interiorul saltelei sau al pernei pentru șezut. Desfaceți fermoarul husei superioare pentru a avea acces la componentele din interior.
22. Pulverizați soluție dezinfectantă pe o lavetă uscată și aplicați pe toate componentele interne.
23. Lăsați timp pentru dezinfectare.
24. Cu apă și cu o lavetă curată, ștergeți toate urmele de soluție dezinfectantă.
25. Ștergeți apoi cu o lavetă uscată.
26. Lăsați componentele interne să se usuce la aer înainte de a reașeza husa superioară a saltelei.
27. Dacă este nevoie, curelele și baza saltelei sau a pernei pentru șezut pot fi curățate folosind aceeași metodă. Desfaceți curelele pentru a facilita accesul.