
GYORS ÚTMUTATÓ – HASZNÁLAT

Citadel Plus

CE 2797


A beteg elhelyezése – előkészítés

1



Fékezze be a görgőket.

2




Állítsa vízszintes helyzetbe a beteg fekvőfelületét.

3




Állítsa az ágyat kényelmes munkamagasságba.

4



Szükség esetén hosszabbítsa meg a keretet és a fekvőfelületet.

5




Helyezze fel a párnákat, lepedőket és az egyéb felszerelést.

6




Nyomja meg a Nullázás gombot a mérleg nullázásához.

7




Állítsa a beteg fekvőfelületét azon felület magasságába, ahová a beteget át fogja emelni.

8




Fékezze be mindkét egység görgőit.

9




Eressze le az oldalrácsokat.

10



Emelje át a beteget, betartva minden vonatkozó biztonsági szabályt és intézeti protokollt.

11



Hajtsa fel és rögzítse az oldalrácsokat.

Testsúlymérés

Gyógyszeradagolásra nem alkalmas



Ha szükséges, mérje meg a beteg testsúlyát.

arjo with people in mind

A beteg elhelyezése – befejezés

1




Nyomja meg az Ágyban vagy az Ágyból ki gombot a VariZone betegmozgás-észlelő rendszer aktiválásához és érzékenységének beállításához.

2



A beteg kényelme érdekében a lehető legalacsonyabb helyzetbe állítsa az ágyat.

3



A beteg kényelme érdekében állítsa az ágyat a kívánt dőlésszögbe.


4



Szükség szerint zárolja az ágy bizonyos funkcióit.


A beteg átemelése ágyból

1




Állítsa vízszintes helyzetbe a beteg fekvőfelületét.

2




Állítsa a beteg fekvőfelületét azon felület magasságába, ahová a beteget át fogja emelni.

3




Fékezze be mindkét egység görgőit.

4



Eressze le az oldalrácsokat.

5



A beteg szállításakor és áthelyezésekor tartson be minden vonatkozó biztonsági szabályt és intézeti protokollt.

6




Ha a beteg nem tér vissza:
– Húzza ki a tápkábelt, és nyomja meg az akkumulátoros működés gombját.
– Kapcsolja ki az akkumulátoros táplálást, és állítsa le az összes funkciót.

arjo
with people in mind


A beteg szállítása

1



Szükség esetén helyezze a beteg infúziós kellékeit infúziós állványokra.

2




Hajtsa fel az oldalrácsokat, és rögzítse őket.

3




Szállítás előtt tolja be a szélesítőelemeket.

4




Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

5



Tekerje a kábelt az ágy fejvégén található tartókra.

6




Oldja ki a fékeket.

7




Segítse a szállítást az elektromos meghajtással.

8



A beteg szállításakor tartson be minden vonatkozó biztonsági szabályt és intézeti protokollt.

9



A szállítás befejezése után csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind