Maxi Sky 2 PLUS

UYARI



Göz ve cilt hasarını önlemek için daima koruyucu gözlük ve eldiven kullanın. Temas durumunda bol su ile durulayın. Gözler veya cilt tahriş olursa bir doktora başvurun.
Dezenfektanın Kullanım Talimatlarını ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu mutlaka okuyun.

Kullanımına izin verilen dezenfektanlar	Kuaterner Amonyum ≤ 0,21% (2.100 ppm)	İzopropil Alkol ≤ 70%	Fenolik ≤%1,56 (15.600 ppm)	Çamaşır Suyu ≤ 1% (10.000 ppm)	Perasetik Asit ≤ 0,25% (2.500 ppm)	Hidrojen Peroksit ≤ 1,5%
Standart model (naylon dokuma kayış ve dolgu malzemeli Taşıma Kolu)	X	X	X			
Enfeksiyon Kontrol modeli (kaplamalı kayışlı ve kılıfsız Taşıma Kollu) *	X	X	X	X	X	X
Diğer Aksesuarlar	X	X	X	X	X	X

* Taşıma kolundaki bazı parçalar, ağartıcı, perasetik asit veya hidrojen peroksit ile tekrarlanan temastan sonra rengini kaybedebilir.

** El kontrolü bağlantı kablosu, ağartıcı veya hidrojen peroksit ile tekrarlanan temastan sonra hafif lekelenebilir.

with people in mind

Yeni hastalarda kullanmadan önce temizleyin ve dezenfekte edin.

Gereken aksesuarlar:

- Koruyucu gözlük ve eldiven
- Tek kullanımlık bez

Temizleme

1. Fazla kalıntıları liftten ve aksesuarlarından gidermek için yukarından aşağıya doğru suyla ıslatılmış bir bez kullanın.
2. Temizleme sıvısı ile karıştırılmış suyla birlikte nemli bir bez kullanın.
3. Kalıntıların tümünü gidermek için ekipmanı yukarından aşağıya doğru ovun.
4. Temizleme sıvılarından kalan lekeleri silmek için temiz suyla ıslatılmış temiz, nemli bir bez kullanın.
5. Ardından, kuru bir bezle silerek temizleyin.

Aşağıda listelenen, kir ve mikrop içermesi muhtemel alanlara özellikle dikkat edin:

- El kontrolünün kenarı
- El kontrolünün arkası ve sapı
- Taşıma kolu ve kayış arasındaki bağlantı
- Taşıma kolunun profili ve kılıfı
- Acil durum kordonu
- Kayış

Dezenfeksiyon

6. Maxi Sky 2 Plus ve aksesuarlarını aşağıdaki uyumlu dezenfektanlardan birini içeren bir çözelti kullanarak silin.
7. Dezenfeksiyon yöntemleri, Sağlık Tesisi veya kullanıldığı ülkeye bağlı olarak yerel veya ulusal kılavuzlarla uyumlu olmalıdır. Emin değilseniz, yerel Enfeksiyon Kontrol uzmanınıza başvurun.