

# Maxi Sky 2 PLUS



## AVVERTENZA



Per evitare lesioni agli occhi e alla pelle, utilizzare sempre occhiali e guanti protettivi. In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua. In caso di irritazione degli occhi o della pelle, rivolgersi a un medico. Consultare sempre le Istruzioni per l'uso e la scheda dati di sicurezza del disinfettante.

Agenti disinfettanti consentiti	Ammonio quaternario ≤0,21% (2.100 ppm)	Alcol isopropilico ≤70%	Acido fenolico ≤1,56% (15.600 ppm)	Candeggina ≤1% (10.000 ppm)	Acido peracetico ≤0,25% (2.500 ppm)	Perossido di idrogeno ≤1,5%
Modello standard (cinghia in nylon tessuto e barra di sollevamento con imbottitura)	X	X	X			
Modello per controllo delle infezioni (cinghia rivestita e barra di sollevamento senza imbottitura) *	X	X	X	X	X	X
Altri accessori **	X	X	X	X	X	X

\* Alcune parti della barra di sollevamento possono scolorire dopo un'esposizione ripetuta a candeggina, acido peracetico o perossido di idrogeno.

\*\* Dopo un'esposizione ripetuta a candeggina o perossido di idrogeno, il cavo di collegamento della pulsantiera potrebbe sbiadire leggermente.

Pulire e disinfettare prima di nuovi pazienti.

Accessori necessari:

- Guanti e occhiali protettivi
- Panno monouso

## Pulire

1. Utilizzare un panno inumidito con acqua per rimuovere i residui in eccesso presenti sul sollevapazienti e sugli accessori, andando dall'alto verso il basso.
2. Utilizzare un panno inumidito con acqua calda e un liquido detergente.
3. Strofinare l'apparecchiatura dall'alto verso il basso, avendo cura di rimuovere qualsiasi deposito di sporcizia.
4. Infine, con un panno pulito inumidito con acqua rimuovere tutte le macchie dei liquidi di pulizia.
5. Asciugare poi con un panno asciutto.

Prestare attenzione alle aree elencate di seguito, poiché sono le più esposte alla presenza di sporcizia e microbi:

- Bordo della pulsantiera di controllo
- Retro e impugnatura della pulsantiera di controllo
- Giunto tra barra di sollevamento e cinghia
- Telaio e cover della barra di sollevamento
- Cordicella di emergenza
- Cinghia

## Disinfezione

6. Pulire Maxi Sky 2 Plus e gli accessori con una soluzione contenente uno dei disinfettanti compatibili.
7. I metodi di disinfezione dovranno essere conformi alle direttive locali o nazionali, a seconda della struttura sanitaria o del Paese di utilizzo. In caso di dubbi, rivolgersi al responsabile del controllo delle infezioni.

