
Parker

CE 2797

Automatyczne napełnianie




Wcisnąć przycisk automatycznego napełniania. Napełnianie zatrzymuje się automatycznie przy właściwym poziomie wody.

Nacisnąć ponownie przycisk automatycznego napełniania, aby kontynuować napełnianie przez 60 sekund.

Aby wyłączyć napełnianie wanny, wcisnąć przycisk automatycznego napełniania.


Słuchawka prysznicowa



Wcisnąć, aby aktywować funkcję prysznica.

Odblokować, naciskając spust.


Wyświetlacz temperatury



Pokazuje temperaturę aktywnego napełniania, prysznica lub środka dezynfekującego.

Pokazuje aktualną temperaturę wody w wannie.

Ochrona przed poparzeniem




45 °C (113 °F)

Wskaźniki temperatury migają i słychać sygnał dźwiękowy. Woda zamyka się automatycznie po 10 sekundach.

Bezpiecznie wyciągnąć pacjenta i przestać korzystać z kąpieli.

Zatrzymanie awaryjne




Nacisnąć przycisk, aby wyłączyć wszystkie funkcje. Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwolnić.

Blokada funkcji

Wcisnąć, aby zablokować wszystkie funkcje oprócz ochrony przed oparzeniem i zatrzymania awaryjnego. Nacisnąć znowu, aby odblokować.

Blokada drzwi



Zamknij drzwi wanny.

Otwórz drzwi wanny.

System air spa (opcjonalnie)

Cała wanna

Tylko niecka na stopy


Nacisnąć, aby włączyć air spa i wybrać intensywność.



Używać maksymalnie przez 15 minut.

Nacisnąć, aby wyłączyć.


System Sound & Vision (opcjonalnie)



Odkręcić nakrętkę i podłączyć pamięć USB.

Używać pilota, aby regulować dźwięk i światło.


Jednostka dezynfekcji (opcjonalnie)



Butelka środka dezynfekcjnego znajduje się między nogami wanny.



Uchwyt do dezynfekcji znajduje się za pokrywą.



Określić proporcje mieszaniny do dezynfekcji: rozpylić środek dezynfekujący do wanny, sprawdzając przepływomierz wewnątrz pokrywy, w razie potrzeby wyregulować pokrętło na wężu ssącym.



Miga, gdy butelka środka dezynfekcjnego jest pusta.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AL.02_1PL • 06/2020

arjo
with people in mind