Parker

CE 2797

Enchimento automático



Prima o botão de enchimento automático. O enchimento para automaticamente no nível de água correto.

Prima o botão de enchimento automático novamente para continuar a encher durante 60 segundos.

Pare o enchimento a qualquer altura pressionando o botão de enchimento automático.

Manípulo de chuveiro



Prima para ativar a função de chuveiro.

Desbloqueie pressionando o disparador.

Mostrador da temperatura



Mostra a temperatura do enchimento ativo, chuveiro ou mistura de desinfetante.

Mostra a temperatura atual da banheira.

Proteção contra escaldão



45 °C (113 °F)

O visor de temperatura pisca e é emitido um sinal sonoro. A água desliga-se automaticamente após 10 segundos.

Retire o paciente em segurança e pare de usar a banheira.

Paragem de emergência



Prima o botão para interromper todas as funções. Gire no sentido dos ponteiros do relógio para soltar.

Bloqueio de funções

Prima para bloquear todas as funções exceto a proteção contra escaldão e a paragem de emergência. Prima novamente para desbloquear.

Bloqueio da porta.



Tranque a porta da banheira.

Destranque a porta da banheira.

Sistema injetor de ar (opcional)

Banheira completa

Apenas na zona dos pés

Prima para ligar o sistema injetor de ar e para selecionar a intensidade.

Use no máximo durante 15 minutos.

Prima para desligar.

Sistema Sound & Vision (opcional)



Desaperte a tampa e insira a pen USB.

Use o comando manual para regular o som e a luz.

Unidade de desinfeção (opcional)



O frasco de desinfeção está situado entre as pernas da banheira.

O manípulo de desinfeção está situado atrás da cobertura.



Determinar o rácio da mistura de desinfetante: pulverize o desinfetante na banheira enquanto verifica o fluxómetro dentro da cobertura. Ajuste o manípulo na mangueira de sucção, se necessário.

Pisca quando o frasco de desinfeção está vazio.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AL.02_1PT • 06/2020

arjo
with people in mind