
STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA – BEZPEČNOSTNÉ PÁSY


Sara Combilizer

Bezpečnostné pásy




Upevnenie pásu k zariadeniu Sara Combilizer

1



Posuvnú zámku (**A**) preveďte cez horný koniec otvoru (**B**).


2



Otočte posuvnú zámku a na zaistenie vytiahnite upevňovací popruh.


Odstránenie pásu zo zariadenia Sara Combilizer

1




Posuvnú zámku (**A**) potiahnite ďalej do otvoru (**B**).

2




Posuvnú zámku (**A**) otočte. Preveďte ju cez horný koniec otvoru.


Zapnutie bezpečnostného pásu




Odopnutie bezpečnostného pásu



Utiahnutie bezpečnostného pásu



Uvoľnenie bezpečnostného pásu





arjo
with people in mind

Upevnenie bezpečnostných pásov na pacienta/klienta

1 **Hrudný pás**

Modré upevňovacie popruhy
Dve bezpečnostné spony (**A**)







Pás umiestnite pod ramená pacienta/klienta.
Zapnite všetky bezpečnostné spony.
Pás neupevňujte príliš.

2 **Bedrový pás**

Modré upevňovacie popruhy
Dve bezpečnostné spony (**A**)







Pás umiestnite v bedrovej oblasti pacienta/klienta.
Zapnite všetky bezpečnostné spony.
Pás neupevňujte príliš.

3 **Kolenný pás**

Čierne upevňovacie popruhy
Štyri bezpečnostné spony (**A**)







Pás umiestnite cez jabĺčka na kolenách pacienta/klienta. Zapnite všetky bezpečnostné spony.

4 **Ramenný pás**

Biele upevňovacie popruhy
Dve posuvné zámky (**A**)
Dve bezpečnostné spony (**B**)
Dve pútka (**C**)



5 **Ramenný pás**



Posuvné zámky (**A**) preveďte cez horné otvory (**B**).


6 **Ramenný pás**



Pásy umiestnite cez ramená pacienta/klienta a pod hrudným pásom (**A**).
Odopnite spony a bedrový bezpečnostný pás (**B**) preveďte cez koncové pútka (**C**) ramenných pásov.

7 **Hlavový pás**

Jedna bezpečnostná spona (**A**)
Dve posuvné zámky (**B**)



8 **Hlavový pás**



Na zadnej strane matraca (**A**) zapnite pás. Pás pretiahnite posuvnou zámkou (**B**) na oboch stranách podhlavníka.

9



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind