

Sara Combilizer

Bezbednosni pojasevi




Pričvršćivanje pojasa za sistem Sara Combilizer

1



Umetnite fiksator (**A**) kroz gornji kraj otvora (**B**).


2



Okrenite fiksator i povucite traku za pričvršćivanje da biste ga pričvrstili.


Uklanjanje pojasa sa sistema Sara Combilizer

1




Provucite fiksator (**A**) dublje u otvor (**B**).

2




Okrenite fiksator (**A**). Izvucite ga kroz gornji kraj otvora.


Zakopčavanje bezbednosnog pojasa




Otkopčavanje bezbednosnog pojasa



Pritezanje bezbednosnog pojasa



Popuštanje bezbednosnog pojasa





arjo
with people in mind

Pričvršćivanje bezbednosnih pojaseva za pacijenta

1 **Pojas za grudni koš**

Plave trake za pričvršćivanje
Dve bezbednosne kopče (**A**)







Postavite pojas ispod ruku pacijenta.
Zakopčajte sve bezbednosne kopče.
Nemojte prekomerno zatezati pojas.

2 **Pojas za kukove**

Plave trake za pričvršćivanje
Dve bezbednosne kopče (**A**)







Postavite pojas u predelu kukova pacijenta.
Zakopčajte sve bezbednosne kopče.
Nemojte prekomerno zatezati pojas.

3 **Pojas za kolena**

Crne trake za pričvršćivanje
Četiri bezbednosne kopče (**A**)







Postavite pojas preko čašica na kolenima pacijenta. Zakopčajte sve bezbednosne kopče.

4 **Pojas za ramena**

Bele trake za pričvršćivanje
Dva fiksatora (**A**)
Dve bezbednosne kopče (**B**)
Dve omče (**C**)



5 **Pojas za ramena**



Umetnite dva fiksatora (**A**) kroz gornje otvore (**B**).


6 **Pojas za ramena**



Postavite pojaseve preko pacijentovih ramena i ispod pojasa za grudni koš (**A**).
Otkopčajte i umetnite bezbednosni pojas za kukove (**B**) kroz krajnje omče (**C**) pojaseva za ramena.

7 **Pojas za glavu**

Jedna bezbednosna kopča (**A**)
Dva fiksatora (**B**)



8 **Pojas za glavu**



Zakopčajte pojas sa zadnje strane dušeka (**A**). Provucite pojas kroz fiksator (**B**) sa obe strane jastuka.

9



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind