
Parker

CE 2797


Napusťte oporu pro nohy

1



Ujistěte se, že je vana ve vzpřímené poloze.

2



Zavřete odtok.


3



Nebezpečí opaření

Stiskněte tlačítko autonapouštění. Holou rukou vyzkoušejte teplotu vody a podle potřeby upravte.


4



Napouštění se zastaví, jakmile se opora pro nohy naplní vodou.

Usaďte pacienta/klienta

5



Otevřete zcela dvířka vany.

6

Upravte výšku vany tak, aby byla pro pacienta/klienta pohodlná.


7



Nebezpečí pádu

Pomozte pacientovi/klientovi vstoupit do vany.

8



Nebezpečí zachycení

Zavřete a uzamkněte dvířka vany.

Naplňte vanu


9

Zakloňte vanu.

10

Upravte výšku vany tak, aby byla pohodlná pro ošetřující personál.

11




Podle potřeby stiskněte tlačítko autonapouštění pro doplnění vody.



Nebezpečí opaření

Osprchujte pacienta/klienta

12




Zvedněte rukojeť sprchy.

13

Aktivujte tlačítko sprchy.


14



Nebezpečí opaření

Stiskněte spoušť na rukojeti sprchy.

15



Nechte pacienta/klienta vyzkoušet teplotu vody. Upravte teplotu podle potřeby.

16




Umyjte a osprchujte pacienta/klienta.

Ukončete koupel

17


Deaktivujte tlačítko sprchy.

18




Rukojeť sprchy vložte do držáku.

19




Otevřete odtok.

20



Postupně zvedejte vanu zpět do vzpřímené polohy.

21




Použijte sprchu nebo ručníky, abyste pacienta/klienta udržovali v teple.

22

Snižte vanu.

23




Zkontrolujte, zda je hladina vody pod úrovní dvířek.

24



Otevřete zcela dvířka vany.

25



Nebezpečí pádu

Osušte pacienta/klienta. Pomozte pacientovi/klientovi vystoupit z vany.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AL.00_5CS • 06/2020

arjo
with people in mind