
Parker

CE 2797


给搁脚处注水

1



确保浴缸处于垂直位置。

2



关闭排水管。


3



烫伤的风险

按下自动注水按钮。用手感知水温，需要时可调节温度。


4



搁脚处充满水时，停止注水。

让患者坐下

5



把浴缸门完全打开。

6

调整浴缸的高度以适应患者的需要。


7



跌倒的风险

帮助患者进入浴缸。

8



掉入的风险

关闭并锁上浴缸门。

浴缸注满水


9

使浴缸倾斜。

10

调整浴缸的高度以适应护理人员的需要。

11






烫伤的风险

如有必要，按自动注水按钮来加水。

为患者淋浴

12




提起花洒手柄。

13

启用淋浴按钮。


14



烫伤的风险

按下花洒手柄触发器。

15



让患者感受水温。需要时调节温度。

16




为患者进行清洗和淋浴。

结束洗浴

17


禁用淋浴按钮。

18




将花洒手柄放回固定夹。

19



打开排水管。

20



间或将浴缸倾斜至直立位置。

21




给患者沐浴或者盖上毛巾以保暖。

22

降低浴缸。

23




确保水位低于门开口处。

24



把浴缸门完全打开。

25



跌倒的风险

擦干患者身体。
帮助患者从浴缸中出来。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AL.00_5ZH • 06/2020

arjo
with people in mind